

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ethicon-Endo	Ethicon	Prolene 9/0	Johnson&Johnson	Ստերիլ վիրաբուժական թել, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոմանրաթել, պատրաստված պոլիպրոպիլենի՝ սինթետիկ գծային պոլիլեֆինի իզոտակտիկ բյուրեղային ստերեոիզոմերից: Թելը ներկված է հակապատկեր գույնով՝ վերջում տեսանելիությունը բարելավելու համար: Մետրիկ չափսը՝ 0.3, սովորական չափսը՝ 9/0 ծակող: Թելի երկարությունը՝ 13 սմ: Ասեղը պատրաստված է կոռոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, մշակված սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի

					և հյուսվածքի միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով: Պողպատի տեսակը՝ 455: Ասեղն ունի այնպիսի կառուցվածք, որը մեծացնում է ասեղի պահոցում դրա ամրացման և տարբեր անկյուններով ամրացման հուսալիությունը՝ մարմնի կլորացված անկյունների շնորհիվ: Ասեղը ծակող է, շրջանը 3/8, 5 մմ երկարությամբ: Ասեղի մարմնի տրամագիծը 0.1524 մմ է: Ասեղի ծակող ծայրը ունի 45 աստիճան նեղացման անկյուն՝ ասեղի ավելի մեծ ամրություն և սրություն ապահովելու համար:Արտադրող Ethicon
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-	