

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Ethicon-Endo	Ethicon	VICRYL 6/0	Johnson&Johnson	Արհեստական, ներծծվող վիրաբուժական թել՝ պատրաստված պոլիգլիկոլաթթվից (Polyglycolic Acid, PGA) , երկու ատրավմատիկ ասեղներով, ստերիլ: Թելի հաստություն (USP)՝ 6/0: Թելի բաղադրություն՝ 100% պոլիգլիկոլաթթու: Թելի կառուցվածքը՝ հյուսված, գույնը՝ մանուշակագույն: Թելի ծածկույթը՝ պոլիկապրոլակտոն և ստեարատ կալցի կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 75-78 % 14-րդ օրը, 60-70 % 21-րդ օրը սկզբնական ամրությունից: Ամբողջությամբ

					ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով 60-90 օրվա ընթացքում: Թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 45 սմ (18"): Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, սիլիկոնային ծածկույթով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ: Ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով: Ասեղների երկարությունը՝ 8 մմ, տրամագիծը՝ 0.33 մմ, կորությունը՝ 1/4 շրջագիծով:, Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: FDA-ի կողմից հաստատված, CE վկայականը պարտադիր է:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	-	-	-	-	-