

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Ethicon-Endo	Ethicon	VICRYL 6/0	Johnson&Johnson	Արհեստական, ներծծվող վիրաբուժական թել՝ պատրաստված պոլիգլիկոլաթթվից (Polyglycolic Acid, PGA), երկու ատրավմատիկ ասեղներով, ստերիլ: Թելի հաստություն (USP)՝ 7-0: Թելի բաղադրություն՝ 100% պոլիգլիկոլաթթու: Թելի կառուցվածքը՝ հյուսված, գույնը՝ մանուշակագույն: Թելի ծածկույթը՝ պոլիկապրոլակտոն և ստեարատ կալցի կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 75-78 % 14-րդ օրը, 60-70 % 21-րդ օրը սկզբնական ամրությունից: Ամբողջությամբ

					ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով 60-90 օրվա ընթացքում: Թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 30 սմ (12")։ Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, սիլիկոնային ծածկույթով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ։ Ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula), կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ։ Ասեղների երկարությունը՝ 6.5 մմ, տրամագիծը՝ 0.23մմ, կորությունը՝ 3/8 շրջագիծով։, Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ FDA-ի կողմից հաստատված, CE վկայականը պարտադիր է։
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	-	-	-	-	-