# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Պետրոս Խաչատրյան Անդրանիկի ԱՁ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | 0930A | Չինաստան | Սարքը ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ չափումները ցույց տալու համար, և էկրանի լուսավորման հնարավորություն: Սարքը կատարում է հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառույթները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ: Չափերը՝ առավելագույնը 6 սմ հաստություն, առավելագույնը 28 սմ երկարություն և առավելագույնը 18 սմ լայնություն: Քաշը՝ առավելագույնը 800 գրամ: Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մկՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մՎ, 20 - 200 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մՎ, և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 0,1 Վ: Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մկԱ, և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | առավելագույնը 10 մԱ։ Փոփոխական լարման մինչև 750 Վ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ։ Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 Օհմ։ Սարքն ունի ներկառուցված բարձրախոս՝ զրոյական դիմադրության չափմանը օգնելու համար։ Սարքը չափում է մուտքային փոփոխական լարման հաճախությունը։ Սարքը չափում է կոնդենսատորի ունակությունը։ Սարքը ներառում է ջերմազույգ՝ ջերմաստիճանային չափում իրականացնելու համար։ Սարքը ներառում է ինդուկտիվ տվիչ՝ մետաղական օբյեկտները հայտնաբերելու համար։ Լարման, հոսանքի, դիմադրության, հաճախության, ունակության, ջերմաստիճանի և այլ չափումներ իրականացնելիս սարքը ավտոմատաբար ընտրում է համապատասխան տիրույթը (սանդղակը), առավելագույն չափման ճշգրտություն ապահովելու համար, այդպիսով անհրաժեշտություն չկա սարքի սելեկտորը պտտել համապատասխան սանդղակի ուղղությամբ, այլ միայն ընտրվում է համապատասխան միավորի չափման ռեժիմը։ Սարքը սնուցվում է AA կամ AAA տիպի 1,5 Վ լարման մարտկոցներով կամ ունի ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 6 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման։ Սարքը չի ներառում սենսորային էկրան։ Սարքը չի ներառում ավտոմատացված համակարգ չափման ռեժիմը որոշելու համար, փոխարենը պարունակում է սելեկտոր։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ПЕТРОС ХАЧАТРЯН ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | | | |