

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պետրոս Խաչատրյան Անդրանիկի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	DT-9205	Չինաստան	<p>Սարքը ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ չափումները ցույց տալու համար: Սարքը կատարում է հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառնությունները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ: Չափերը՝ առավելագույնը 5 սմ հաստություն, առավելագույնը 25 սմ երկարություն և առավելագույնը 15 սմ լայնություն: Քաշը՝ առավելագույնը 500 գրամ: Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մկՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մՎ, 20 - 200 մՎ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մՎ, և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը 1 Վ: Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը 100 մկԱ, և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝ առավելագույնը 10 մԱ: Փոփոխական լարման մինչև 200 Վ չափելու</p>

			<p>ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մվ, իսկ 200 - 750 վ տիրույթում՝ առավելագույնը 1 վ: Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը 1 Օհմ: Սարքն ունի ներկառուցված ձայնային ազդանշան՝ գրոյական դիմադրության և շղթայի ամբողջականության ստուգման համար:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕТРОС ХАЧАТРЯН ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
13			