

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ԿՄ ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	СПДС	СПДС	СПДС-120-Р	ООО «СПДС»	Սարքը նախատեսված է փակ տարածքների օդի ախտահանման և մանրէազերծման համար: Պետք է ապահովի անվտանգ և շարունակական աշխատանք մարդկանց ներկայությամբ: Սարքը պետք է լինի փակ տիպի ռեցիրկուլյատոր՝ ներքին UV-C բակտերիասպան լամպերով: Արտադրողականությունը բավարար 120 մ³ ծավալ ունեցող սենյակների օդի ախտահանման համար: Ունի 5 աշխատանքային ռեժիմ, այդ թվում՝ մինչև 75 մ³ տարածքի համար, մինչև 100 մ³ տարածքի համար (I

					կարգ), մինչև 100 մ³ տարածքի համար (II կարգ), մինչև 120 մ³ տարածքի համար (II կարգ), մշտական աշխատանքային ռեժիմ: Պետք է ունենա թվային ցուցիչ (LED էկրան)՝ աշխատանքի ռեժիմների և լամպերի շահագործման ժամերի ցուցադրման հնարավորությամբ: Պետք է ապահովված լինի օդի հարկադիր շրջանառության (օդափոխիչի) համակարգով: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ալիքի երկարությունը՝ 253.7 նմ : Սարքը պետք է աշխատի 220 Վ / 50 Հց էլեկտրական ցանցից: Կորպուսը պետք է լինի մետաղական կամ հարվածակայուն նյութից պատրաստված: Պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացման կամ սեղանի վրա տեղադրման հնարավորություն: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: Մատակարարման պահին պետք է տրամադրվեն օգտագործման հրահանգը և համապատասխանության փաստաթղթերը (առկայության
--	--	--	--	--	--

					դեպքում):
--	--	--	--	--	-----------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՍ ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	СПДС	СПДС	СПДС-120-Р	ООО «СПДС»	Սարքը նախատեսված է փակ տարածքների օդի ախտահանման և մանրէազերծման համար: Պետք է ապահովի անվտանգ և շարունակական աշխատանք մարդկանց ներկայությամբ: Սարքը պետք է լինի փակ տիպի ռեցիրկուլյատոր՝ ներքին UV-C բակտերիասպան լամպերով: Արտադրողականությունը բավարար 120 մ³ ծավալ ունեցող սենյակների օդի ախտահանման համար: Ունի 5 աշխատանքային ռեժիմ, այդ թվում՝ մինչև 75 մ³ տարածքի համար, մինչև 100 մ³ տարածքի համար (I

					կարգ), մինչև 100 մ³ տարածքի համար (II կարգ), մինչև 120 մ³ տարածքի համար (II կարգ), մշտական աշխատանքային ռեժիմ: Պետք է ունենա թվային ցուցիչ (LED էկրան)՝ աշխատանքի ռեժիմների և լամպերի շահագործման ժամերի ցուցադրման հնարավորությամբ: Պետք է ապահովված լինի օդի հարկադիր շրջանառության (օդափոխիչի) համակարգով: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ալիքի երկարությունը՝ 253.7 նմ : Սարքը պետք է աշխատի 220 Վ / 50 Հց էլեկտրական ցանցից: Կորպուսը պետք է լինի մետաղական կամ հարվածակայուն նյութից պատրաստված: Պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացման կամ սեղանի վրա տեղադրման հնարավորություն: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: Մատակարարման պահին պետք է տրամադրվեն օգտագործման հրահանգը և համապատասխանության փաստաթղթերը (առկայության
--	--	--	--	--	--

					դեպքում):
--	--	--	--	--	-----------