

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով Ֆունկցիաներ. ոչ պակաս քան ստանդարտ ԷՍԳ պարամետրերի ավտոմատ չափում և ավտոմատ մեկնաբանություն, բոլոր արտածումները, միջին

ճշգրտված HR, միջին RR միջակայք,
 QRS տևողություն, QT միջակայք և
 QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]
 կամ [V6] և S [V1], P, R, T
 առանցքներ
 Հաճախականությունների սահմանը,
 Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
 պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ
 Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան
 0,05... 150 Հց Ձայնագրման
 եղանակը՝ ջերմային թուղթ
 Տարվումը առնվազն՝ 8 կետ / մմ
 Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան
 80մմ x 30մմ Ձայնագրման
 արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 /10 /
 25/50 օգտագործողի կողմից
 ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող
 մարտկոց Մարտկոցի գործարկման
 ժամանակը. ոչ պակաս քան 90
 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ
 կամ կաբերա էլեկտրոսնուցում՝
 220-240 Վ, 50/60 Հց Ռուսերեն և
 անգլերեն մենյուի առկայություն
 Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ
 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6
 էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների
 էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2
 թղթի փաթույթ Այլ պայմաններ.

				Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	ԷՍԳ շարժական	Портативный электрокардиограф Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем Цифровой дисплей: площадь обзора: не менее чем 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мВ: не менее чем 5, 10, 20, авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Функции: не менее чем автоматическое измерение и автоматическая интерпретация стандартных параметров ЭКГ, всех отведений,

					скорректированного среднего HR, среднего интервала RR, продолжительности QRS, интервала QT и интервала QTc, максимального R [V5] или [V6] и S [V1], осей P, R, T Диапазон частот, Гц Диагностический: Защита от дефибрилляции в соответствии с АAMI / IEC 60601-2-25: 2011 Нефильтрованный не менее чем 0,05...150 Гц Способ записи: разрешение термобумаги не менее чем 8 точек мм Бумага для записи: не менее чем 80 мм x 30 м Скорость записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50 выбираемый пользователем Внутренняя аккумуляторная батарея Время работы от батареи: не менее чем 90 мин Подключение каналов стандартное или Cabrera E[tc]npu[tc]npu 220-240 Ч, 50/60 Hz Наличие меню на русском и английском языках Акссесуары: 1. Кабель пациента 2. 6 электродов для грудных конечностей 3. 4 электрода для конечностей 4. 1 флакон геля для ЭКГ 5. 2 рулона бумаги Другие условия: Установка и запуск Обучение персонала на
--	--	--	--	--	--

				месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 или эквивалент 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/ЕЕС сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
--	--	--	--	---