

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	ENMIND	EN-S5D	Shenzhen ENMIND Technology Co., Ltd.	Սարքը նախատեսված է ճշգրիտ ինֆուզիոն մատակարարման համար և հագեցած է երկակի թվային կառավարման կոճակներով և առնվազն 3.0" գունավոր LCD կամ LED էկրանով: Նախատեսված է միաժամանակ 2 ներարկիչներով աշխատանքի համար: Աշխատում է առնվազն Rate, Time, Volume (VTBI) և Body Weight ռեժիմներով, ունի նաև դեղերի գրադարան (Drug Library): Սարքը ավտոմատ ճանաչում է առնվազն` 5, 10, 20, 30, 50/60մլ ներարկիչիների չափը: Նախագծված է բարձր հուսալիության և ճշգրտության համար` ունի կրկնակի պրոցեսոր: Հոսքի ճշգրտությունը` $\pm 2\%$ : Հոսքի արագությունը կարգավորվում է 0.1 մլ/Ժ-ից մինչև ներարկիչի հնարավոր առավելագույնը` 5 մլ - առնվազն 200 մլ/Ժ, 10 մլ - առնվազն 400 մլ/Ժ, 20 մլ - առնվազն 900 մլ/Ժ, 30 մլ - առնվազն 1200 մլ/Ժ, 50/60 մլ - առնվազն

				1800 մլ/ժ: Ծավալը՝ առնվազն՝մինչև 9999մլ, ժամանակի սահմանում առնվազն՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժամ միջակայքում: KVO ֆունկցիան՝ կարգավորվող առնվազն՝ 0.01-10մլ/ժ միջակայքում: Հոսքի արագության քայլը ոչ ավել, քան՝ 0.1մլ/ժ: Բոլյուսային հոսքի արագություններ՝ 5 մլ ներարկիչի համար առնվազն 200 մլ/ժ, 10 մլ ներարկիչի համար առնվազն 400 մլ/ժ, 20 մլ ներարկիչի համար առնվազն 900 մլ/ժ, 30 մլ ներարկիչի համար առնվազն 1200 մլ/ժ, 50/60 մլ ներարկիչի համար առնվազն 1800 մլ/ժ: Պետք է ունենա լսելի և տեսանելի ազդանշաններ առնվազն հետևյալ դեպքերի համար՝ ավտոմատ ինքնափորձարկում, ներարկիչի տեղաշարժ, խցանում, մոտ ծայրին, ներարկիչի դատարկություն, VTBI-ի լրացում, մարտկոցի ցածր լիցք, մարտկոցի լիցքաթափում, շարժիչի անսարքություն, ներարկիչի սխալ սպեցիֆիկացիա, շղթայի անսարքություն, գլխավոր միկրոպրոցեսորային միացման անսարքություն, պրոցեսորի անսարքության մոնիթորինգ, պարամետրերի գերազանցում, հոսանքի անջատում: Պետք է ունենա առնվազն երեք ճնշման մակարդակ՝ ցածր՝ 40 ± 20 Kpa, միջին՝ 60 ± 20 Kpa, բարձր՝ 100 ± 20 Kpa: Սնուցվում է նիկել-ջրածնային կամ լիթիումային մարտկոցով առնվազն՝ 10 ժամ աշխատանքային ժամանակով: Աշխատում է նաև AC100-240 V, 50/60 Hz էլեկտրական ցանցից: Ունի IPX4 ջրակայունության մակարդակով, առնվազն Class II, CF տիպի բժշկական սարքավորում է: Մատակարարելիս CE Mark, ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված,
--	--	--	--	--

				գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ունենա անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80				