ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)	3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության: Ամբողջական այբբենական-թվային ստեղնաշար: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: Կոմբինացված սնուցման աղբյուր: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց: Ներկառուցված ջերմատպիչի գրանցում և տպում մարտկոցից: Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն: Ներկառուցված էկրան՝ ոչ պակաս քան 78x59 մմ, 800x480 պիկսել: Արագությունը՝ 25.50 մմ/վրկ: Զգայունությունը՝ 5, 10, 20 մմ/մՎ: Արտածումների հպման ցուցիչ: Աշխատանքային մենյու՝ հիվանդի տվյալների՝ անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ, ժամ և զտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա: Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատպիչ: Տպագրության համար նախատեսված տպիչին

					համապատասխան ջերմաթուղթ: Տպման արագությունը՝ 25 և 50 մմ/վրկ: Տպման զգայունությունը՝ 5, 10 և 20 մմ/մՎ: ԷՍԳ զտիչներ: Միոգրաֆիկական զտիչ: Ցանցային զտիչ: Իզոգծի դրեյֆի զտիչ: Հարթեցնող զտիչ: Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի պարտադիր առկայություն: Պեյսմեյկերի որոշում ± 2 մՎ /՝ 0.1 մվկ: Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը՝0-ից 200 Hz (IEC/AHA): 12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) առնվազն 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում: Դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 Հց: Սնուցում 220 Վ/50 Հց (± 10 %): էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանություն: Առնվազն 2 USB պորտ: Ներկառուցված Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n կամ ավելի բարձր) մոդուլ: Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP/SFTP պրոտոկոլներին տվյալների արտահանման համար: Սարքը պետք է ապահովի Wi-Fi և Ethernet (LAN) կապ, DHCP և Static IP աջակցություն, ինչպես նաև ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և/կամ DICOM ձևաչափերով և փոխանցում FTP/SFTP պրոտոկոլով դեպի արտաքին սերվեր՝ համապատասխան կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատ(ներ)ի առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքը նոր է,

				չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
82				