

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր	Meditech	iBreathe	Meditech Equipment Co.,Ltd	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր Չափման պարամետրեր. Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը` (FVC) ` FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը` (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)` MVV Ծավալի միջակայքը` $\pm 10$ և Ծավալի ճշգրտությունը` $\pm 3\%$ Հոսքի միջակայքը` ± 15 և /վ Հոսքի

					ճշգրտությունը՝ $\pm 5\%$ 10,1 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները աշխատում են սենսորային էկրանի հետ միասին էկրանը ցույց է տալիս իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, փոխհատուցում է շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը Տվյալների պահեստի առկայություն Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է,
--	--	--	--	--	---

					չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (քթի փակիչ, բերանի շնչափող (10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր	Meditech	iBreathe	Meditech Equipment Co.,Ltd	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր Չափման պարամետրեր. Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC) ՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV Ծավալի միջակայքը՝ ± 10 և Ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 3\%$ Հոսքի միջակայքը՝ ± 15 և /վ Հոսքի

					ճշգրտությունը՝ $\pm 5\%$ 10,1 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները աշխատում են սենսորային էկրանի հետ միասին էկրանը ցույց է տալիս իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, փոխհատուցում է շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը Տվյալների պահեստի առկայություն Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է,
--	--	--	--	--	---

					չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (քթի փակիչ, բերանի շնչափող (10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---