ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրայմ Մեդիքալ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ECOTRON	ECOTRON CO.,LTD.	Mobile C-Arm Anyview-500DR	ECOTRON CO.,LTD.	EcoTron Anyview 500DR Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Գործառնական ռեժիմներ. - Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով - Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով - Թվային ռադիոգրաֆիա - Թվային անգիոգրաֆիա - Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C-Arm - C-arm ազատ տարածությունը՝ 89 սմ (առանց սարքի որևէ դետալի հանման կամ ապամոնտաժման) - Ուղեծրի շարժումը՝ 135 ° - Հորիզոնական շարժումը՝ 20 սմ -

						Պտույտի միջակայքը՝ 12.5°-ից մինչև -12.5° միջակայքում - Ուղղահայաց շարժումը՝ 50 սմ - Ընկղման խորությունը՝ 70.2 սմ - Կողային շարժումը ղեկանիվով - C-arm հիմնական միավորի լայնությունը՝ 80 սմ Ռենտգենյան գեներատոր. - Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 5 ԿՎ - ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում՝ 40 կՎ-ից 125 կՎ միջակայքում Ռադիոգրաֆիա. - Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ)՝ 20 մԱ-ից 100 մԱ միջակայքում - Էկսպոզիցիայի ժամանակը՝ 8 մվրկ-ից 5000 մվրկ միջակայքում Ֆլուրոսկոպիա. - Տեսակները՝ պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա - 0,6 մմ կիզակետում պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA.՝ 0,5մԱ-ից 20 մԱ միջակայքում - 0,6 մմ կիզակետում շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ 0,5 մԱ-ից 10 մԱ միջակայքում - Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ - Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան խողովակ. - Անոդային ջերմակրությունը՝ 210kHU -

						Թիրախի անկյունը՝ 10° Կոլիմատոր. - Պտույտը՝ 360° Հարթ վահանակային դետեկտոր. - Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես)՝ 8,2" x 8,2" - Պիքսելային քայլը՝ 205 մկմ - Պիքսելային մատրիցան՝ 1024 x 1024 - Դետեկտորի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE)՝ 77 % - Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF)՝ 64 % - Տարածական թողունակությունը՝ 2,4 տող / մմ Թվային 1 էկրան 34 դյույմ, TFT-LCD DUAL բարձր թողունակությամբ՝ 2560x1080, բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ (հակացոլքային) ծածկույթով - Պահպանման ծավալը. 100000 պատկեր Պատկերի մշակում. - Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա - Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրոսնուցում՝ 220-230 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. - Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն - Վահանաձև գեղձի

						ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն - Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն - 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար - Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից - Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից - Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն - Ապրանքը նոր է, չօգտագործված - Ապրանքը արտադրված կլինի ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում - Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. - Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Прайм Медикал в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ECOTRON	ECOTRON CO.,LTD.	Mobile C-Arm Anyview-500DR	ECOTRON CO.,LTD.	Хирургический рентгеновский аппарат (C-Arm) Ecotron AnyView 500DR Хирургический рентгеновский аппарат (C-Arm) Режимы работы: - Флюороскопия с сохранением последнего изображения - Импульсная флюороскопия с сохранением последнего изображения - Цифровая рентгенография - Цифровая ангиография - Цифровая субтракционная ангиография C-Arm - Свободное пространство C-образного рычага 89 см (без снятия или разборки какого-либо

տեխնիկական բնութագրերը: - Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ - Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելու դեպքում ընկերությունը պարտավորվում է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրվա վերաբերյալ տեղեկացնել պատվիրատուին - Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելու դեպքում ընկերությունը պարտավորվում է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (արկայություն) 1. ISO 13485 TUV: Q5 092526 0005 Rev. 02; FDA: K180473, 2. KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով

					компонента оборудования) - Орбитальное перемещение: 135° - Горизонтальное перемещение: 20 см - Диапазон поворота: от 12.5° до -12.5° - Вертикальный ход: 50 см - Глубина погружения: 70.2 см - Боковое перемещение посредством рулевого колеса - Ширина основного блока С-образного рычага 80 см Генератор рентгеновского излучения: - Номинальная выходная мощность 5 кВт - Диапазон кВ при рентгенографии и флюороскопии: от 40 кВ до 125 кВ Рентгенография: - Цифровая рентгенография (мА): в диапазоне от 20 мА до 100 мА - Время экспозиции: в диапазоне от 8 мс до 5000 мс Флуороскопия: - Типы: импульсная и непрерывная флуороскопия - диапазон импульсной флуороскопии в фокусе 0,6 мм (мА): от 0.5 мА до 20 мА - диапазон продолжаемой флуороскопии в фокусе 0,6 мм (мА): от 0,5 мА до 10 мА - Частота импульсной флуороскопии: 30 кадров/сек - Скорость непрерывной флуороскопии: 30 кадров/сек

						Рентгеновская трубка: - Теплоемкость анода 210kHU - Угол наклона мишени: 10° Коллиматор: - Поворот: 360° Плоскопанельный детектор: - Поле обзора детектора: 8,2" x 8,2" - Шаг пикселя 205 мкм - Матрица 1024 x 1024 пикселей - Квантовая эффективность детектива DQE(0) (DQE) 77% - Передаточная функция модуляции (MTF) 64% - Пространственное разрешение 2,4 лп/мм Цифровой 1 дисплей 34 дюймов, TFT-LCD DUAL с высоким разрешением (2560x1080), высокой яркостью и антибликовым покрытием - Объем хранилища: не менее 100000 изображений Обработка изображений: - Подавление шума, частотная фильтрация, вращение, положительная/отрицательная инверсия - Разворот влево/вправо и сверху/снизу, вычитание Электропитание: 220-230 В, 50/60 Гц Комплектация и акссесуары: - Наличие костюма для полной радиационной защиты тела - Наличие костюма для радиационной защиты щитовидной

						железы - Наличие радиационно-защитного фартука - Гарантия 24 месяцев на всю систему, включая рентгеновскую трубку - Установка системы и пуск с помощью специалиста - Обучение персонала на месте специалистом - Руководство пользователя на английском языке - Товар новый, не использованный - Продукт будет изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки - В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценного функционирования оборудования, а также приспособления, необходимые для защиты персонала Инструкции для участников конкурса. - Компания, занявшая первое место по итогам конкурса, должна предоставить технический паспорт устройства, подтверждающий технические характеристики. - Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана периодически предоставлять информацию о ходе

					поставки - Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана уведомить заказчика о дне импорта устройств в Армению - Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика Сертификаты качества (наличие) 1. ISO 13485 TUV: Q5 092526 0005 Rev. 02; FDA: K180473, 2. KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 3. Сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745, подтверждающий проведение всех необходимых испытаний для медицинского оборудования.