ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Պաամետրի անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Սարքի նշանակությունը Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր Կիրառման միջավայր Ստացիոնար բուժհաստատություններ (ինտենսիվ թերապիա, վիրահատական, ստացիոնար բաժիններ) Ֆիզիկական բնութագրեր Քաշ (ստանդարտ կազմաձևով) 3,6 կգ±1կգ Չափեր (L × Բ × Ե) 389 × 295 × 158 մմ Էկրան և ցուցադրում Էկրանի տեսակը Գունավոր TFT-էկրան Էկրանի անկյունագիծ 15 դյույմ±2 Էկրանի լուծաչափություն 800 × 600 պիքսել Միաժամանակ ցուցադրվող ալիքների առավելագույն քանակ 8 ազդանշանային ալիք (առավելագույնը) Էլեկտրասրտագրություն (ECG) Համապատասխան ստանդարտներ IEC 60601-1-1 (համակարգային համապատասխանություն) Աջակցվող լիդեր 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3 լիդ՝ I, II, III Սրտի հաճախության չափման միջակայք Մեծահասակ՝ 30–250 բ/ր | Նորածին/Մանկ.՝ 15–350 բ/ր± 5 Սրտի հաճախության ճշգրտություն ±1% կամ ±1 բ/ր (ավելի մեծը) Առիթմիայի անալիզ ԱՅՈ — 13 տեսակ՝ ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC ST սեգմենտի անալիզ ԱՅՈ — Միջակայք՝ −2,0 ~ +2,0 մՎ; հասանելի է ազդանշան և վերանայում Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն ԱՅՈ — Բազային գծի վերականգնում « 3 վ դեֆիբրիլյացիայից հետո; դիմանում է 4000 Վ AC / 50 Հց Շնչառություն (RESP) Չափման մեթոդ Իմպեդանս R-F միջև (RA-LL); դիֆֆ. մուտքային իմպ. »2,5 ՄՕ Շնչառական հաճախության միջակայք Մեծ.՝ 0–120 շ/ր | Նորածին/Մանկ.՝ 0–150 շ/ր±5 Լուծաչափ.՝ 1 շ/ր; Ճշգրտ.՝ ±2 շ/ր Ապնոեի ժամանակային շեմեր Ապնոեի ազդանշան՝ 10–40 վայրկյան (ընտրովի) Զարկային օքսիմետրիա (SpO_2) Չափման միջակայք 0–100% (ազդանշանի միջակայք՝ 0–100%) Լուծաչափություն 1% Չափման ճշգրտություն 70–100%՝ ±2% |

	0–69%՝ չի սահմանվել Թարմ. ինտ.՝ ~1 վ | Ազդ. ուշ.՝ 10 վ Ոչ ինվազիվ արյան ճնշում (NIBP) Չափման մեթոդ Օսցիլոմետրիկ Աշխատանքային ռեժիմներ Ձեռքով, Ավտո (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 ր), STAT (5 ր անընդ.) Սիստոլիկ ճնշման միջակայք (մեծահասակ) Մեծ.՝ ՍԻՍ 40–270 / ԴԻԱ 10–215 / ՄԻՋ 20–235 մմ ս/ս Մանկ.՝ ՍԻՍ 40–200 | Նորածին՝ ՍԻՍ 40–135 մմ ս/ս Չափման ճշգրտություն Առ. միջ. սխ.՝ 5 մմ ս/ս | Առ. ՍՇՇ՝ 8 մմ ս/ս Լուծաչափ.՝ 1 մմ ս/ս Ինվազիվ արյան ճնշում (IBP) Չափման ալիքների քանակ 2 ալիք (CH1 և CH2) — լրացուցիչ մոդուլ Չափման միջակայք ART: 0–300 | PA: −6–120 | CVP/RAP/LAP/ICP: −10–40 | P1/P2: −10–300 մմ ս/ս Լրացուցիչ պարամետրեր Պիտ.՝ ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 Ճշտ.՝ 2% կամ 1 մմ ս/ս (ավ. մեծը) — լրաց. մոդուլ Կապնոգրաֆիա (CO_2) Աջակցվող տեխնոլոգիաներ Sidestream CO_2 — $EtCO_2$, $FiCO_2$, AwRR — լրացուցիչ մոդուլ CO_2 չափման միջակայք 0–13% | Լուծ.՝ 1 մմ ս/ս Ճշտ.՝ ±2 մմ ս/ս « 5,0% CO_2 (ATPS) Շնչառական հաճախության չափում (awRR) AwRR միջակայք՝ 3–150 բ/ր Տվյալների պահպանում և վերանայում Թրենդների պահպանում NIBP՝ մինչև 400 արդյունք Հաս. է գրաֆ. և աղ. տպ. Իրադարձությունների գրանցում Ազդ. գրանց. և վ.; ARR-ի վ.; ST ազդ. գ.՝ 8/16/32 վ (ընտ.) Full disclosure ԷՍԳ Սառ. ալ. գ.; ARR-ի վ.; Azd. ժ. ալ. վ.՝ ռ. (լրաց.) Կապ և ինտերֆեյսներ Ցանցային կապ Ցանցային ինտ. Clinical Information Center-ի համ. (LAN) Միացման պորտեր Ցանց (LAN), VGA ելք, USB (ծ. թ.), հողակ. ելակ Ինտեգրում Meditech Clinical Information Center (կ. մոն. հ.) Մարտկոց և սնուցում Մարտկոցի տեսակ Ներկ. կնքված վ/լ. լիթ. մ. (փոխ.) Ինքնավար աշխատանք (5200 mAh) Ավ. քան 2 ժ անընդ. աշխ. (Ավտ. անջ.՝ ~5 ր ցածր լ. ազ. հ.) Սնուցում 100–250 Վ AC, 50/60 Հց; Pmax = 110 ՎԱ; Պ. Տ 1.6 Ա Համատեղելի լինի կլինիկայում ներդրված կենտրոնական մոնիթինգային համակարգի հետ ԱՅՈ — Meditech Clinical Information Center (կենտրոնական մոնիտորինգային համակարգ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	