

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԷՆՄԳ համակարգ NeMus 2-600	ԷՆՄԳ համակարգ NeMus 2-600	NeMus 2-600	EB Neuro S.P.A	ԷՆՄԳ համակարգ Էլեկտրոնային միոգրաֆիկ սարքավորում կլինիկական հետազոտությունների անցկացման համար, ինչպիսիք են Էլեկտրոմիոգրաֆիան (ԷՄԳ), Էլեկտրոնային միոգրաֆիան (ԷՆԳ), առաջացած պոտենցիալներ (EP), Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷԷԳ), վիդեո Էնցեֆալոգրաֆիա, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի մոնիտորինգ Նախապես սահմանված արձանագրությունների առկայություն՝ NCS (շարժիչ/զգայական), F-ալիք, H-

ռեֆլեքս, ասեղնային EՄԳ (MUAP (Motor Unit Action Potential) ավտոմատ վերլուծություն), ջիթեր, դեկրեմենտ-թեստ, հարուցված պոտենցիալներ (VEP, AEP, SSEP) Կոնֆիգուրացիա և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ. 41 ընդհանուր հղման ալիք (Common Reference Channels)` մասնագիտացված հետազոտական կոնֆիգուրացիաներով, բարձր նմուշառման հաճախականությամբ և մի քանի լրացուցիչ ալիքներով` համալիր մոնիթորինգ իրականացնելու համար Ինտուլիտիվ և օգտագործման համար հարմար դիզայն Ուժեղացուցիչ. EՄԳ երկբևեռ կապուղիների քանակը գրանցման 2 անկախ կապուղի EՄԳ կապուղիների քանակը գրանցման 16 կապուղի ԱԹՓ-ի կարգայնությունը` 24 բիթ Դիսկրետացման հաճախականությունը 32 կՀց յուրաքանչյուր կապուղու համար Աղմուկի մակարդակը 0,3 մկՎ (RMS) Մուտքային իմպեդանսը 1000 ՄՕհմ Թուլացման գործակիցը (CMRR) 120 դԲ Խթանում. Էլեկտրախթանիչ`

						ներկառուցված, 2 ելք Հոսանքի առավելագույն ուժը՝100 մԱ Աուդիո/ֆոտոխթանման ելքերի առկայություն՝ ՀՊ-ների (տեսողական, լսողական) համար ԷԷԳ կապուղիների առկայություն Սովորական EEG հետազոտությունների պարզեցված իրականացում. Բարձր մակարդակի հարմարեցվող աշխատանքային գործընթացներ Տվյալների կառավարման ավտոմատացված գործառույթներ Տարբեր դասավորության ընտրանքներ՝ ներառյալ հետազոտության տեսակ, աշխատանքային փուլ և պացիենտի տեսք Հաշվետվությունների ինտեգրված ստեղծում ձայնային թելադրանքով Օգտագործողի կարգավորումների անհատականացում մեկ միասնական աշխատանքային կայանում EEG ծրագրային ապահովում. Ինտուիտիվ օգտագործողի ինտերֆեյս՝ կարգավորվող գործիքագոտով Ներառված տվյալների կառավարման գործառույթ՝ տվյալների բազայի և պացիենտների
--	--	--	--	--	--	---

					կառավարման համար Նոպաների հայտնաբերման և տեսնդենցների վերլուծության ընդլայնված ալգորիթմներ՝ առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Ընթացիկ գործիքներ՝ Ներառյալ. սպեկտրալ վերլուծություն, կոհերենտության վերլուծություն, aEEG, HFO հայտնաբերում, BSR (Burst Suppression Ratio), առցանց ազդանշաններ Հիվանդի մահճակալի մոտ տվյալներին հասանելիության համար թվային ցուցադրման սարքի առկայություն Համակարգը ապահովում է հետևյալ տվյալների գրանցում. Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա (EEG), Վիդեո-EEG, Շնչառություն, Սրտի հաճախություն, SpO₂ Յուրաքանչյուր մուտքի համար իմպեդանսի ստուգման LED ցուցիչի առկայություն EEG տվյալների վերլուծություն առցանց և օֆլայն ռեժիմներում Համապարփակ հաշվետվությունների ստեղծում Կոմպակտ ուժեղացուցիչի առկայություն Ուժեղացուցիչ. ADC՝ 24 բիթ Նմուշառման
--	--	--	--	--	---

					առկայություն Լուսային ստիմուլատորի առկայություն Ներալիքային ներդիր-ականջակալի առկայություն՝ ձայնային չխկոցներ հաղորդելու համար Սիլիկոնե սաղավարտ-ցանցի առկայություն Բազմակի օգտագործման թասիկաձև Էլեկտրոդների առկայություն Մասնագիտացված մածուկների առկայություն ԷԷԳ սաղավարտի առկայություն, 2 հատ՝ մեծահասակների ու մանկական 25 հետազոտության համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդների, անհրաժեշտ մալուխների ու այլ ծախսվող նյութերի առկայություն Տրիգերով (խթանիչով) հատվածների գրանցման հնարավորություն Սարքավորումների անիվներով դարակաշարի առկայություն Կապն ԱՀ-ի (անհատական համակարգչի) հետ Ethernet Տվյալների բազա՝ SQL- համատեղելի, ցանցային տարբերակ ԷՄԳ վերլուծություն՝ ՇՄՊ (շարժիչ միավորի պոտենցիալ), ինտերֆերենցիոն կոր, ջիթեր Հարուցված պոտենցիալներ՝
--	--	--	--	--	---

				տեսողական, լսողական, սոմատոսենսոր Լրացուցիչ գործառնություններ. ԷԷԳ (ԷՌԻԳ) կապուղիների առկայություն Էլեկտրասնուցում. 220-240 Վ, 50/60 Հց Անվտանգության ստանդարտներ. Սարքավորումը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26 Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը կիրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1.ISO13485 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--