

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-53/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	- Ավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչ բաց համակարգի - Թողունակությունը 200 տեստ /ժամ արագությամբ - Լեզուն անգլերեն - Ներքին բարկոդի կարդալու հանարավորությունով - Ռեակցիոն կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայանով : Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK,CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol,LDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg,Na K HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, Alchol. CRP,Lact... Թեստեր - Չափման մեթոդներ` ֆոտոմետրիա

						(կալորիմետրիա, UV-test, տուրբոդիմետրիա) • Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում • Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով • Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մոլտի-պարամետր (լոջիտ-լոգ ռեգրեսիոն) • Յուրաքանչյուր տեստի համար 4 ստանդարտ. Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր-1 Կոնտրոլ-1 • Նմուշի տեսակ՝ Սիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուշների քանակը՝ 60+5 հատ • Նմուծառման ծավալը՝ 2 -30 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրանտի
--	--	--	--	--	--	--

					չափից ավելի արտածման կ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) Ռեագենտ • 30 հատ.6մլ և 30 հատ.24մլ • ռագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն Ռեակցիոն մաս • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ 81 լվացվող կյուվետ • Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները 20 -300 մկլ • Կյուվետների լվացման կայան ՝ առնվազն 8 աստիճան և 6 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ • Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում • Ազդանյութերի և նմուշների պահպանման թմբուկը ունի սառեցման համակարգ նվազագույն ջերմաստիճանը +2 աստիճան ցելսիուս և առավելագույն ջերմաստիճանը +12 աստիճան ցելսիուս պահպանման հնարավորությամբ: • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 999 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային
--	--	--	--	--	--

արմունկի առկայություն • Հեղուկի
 մակարդակի տվիչների
 առկայություն յուրաքանչյուր
 կյուվետի համար • Ներկառուցված
 խառնիչ • Չոնդի բախման
 հայտնաբերման հորիզոնական
 համակարգի առկայություն • Ջրի
 սպառում՝ 6.5լ/ժ (8մլ/տեստ) • Ջրի
 որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա,
 դեստիլացված, դեիոնիզացված
 Կարդացող համակարգ •
 Օպտիկական համակարգը՝
 ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի
 աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի
 սպեկտորի տիրույթը առնվազն
 340-810նմ • Առնվազն 8
 ներկառուցված ալիքի երկարություն
 , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405,
 450,510, 546, 578, 630, 700 նմ
 առկայություն ± 2 նմ սխալի
 հնարավորությամբ • Էկրանը 7 inch
 color LCD touch screen •
 Հիշողությունը 10000 նմուշ •
 Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ
 • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-4.0 OD •
 Չափսերը : 834 x 643 x 756մմ Քաշը
 65 կգ Տվյալների մշակում •
 Հիշողության չսահմանափակվող
 առկայություն՝ փորձերի համար,

					կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, արտորբցիոն կորի համար, • Համակարգչին միանալու հնարավորություն Սարքը Չինական է, նոր, չօգտագործված, կներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր աարագները, տեղադրումը, 2000P4-EU&N72F-53/26 հիշե ռևուցումը, առնվազն 24 ամիս
Անալիզ-Մեղ	УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом				представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		Երաշխիքով: Որակի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	սերտիֆիկատների ամրագրված технические характеристики առկայություն առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485: 2016, (EU)2017/746
1					