

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Brightfield Healthcare 2. MGB (MGB Berlin)	1. Brightfield Healthcare 2. MGB	1. Brightfield Urology-TURP/Cystoscopy (Seria BH-UR) 2. MGB Bipolar Urology Resectoscopy & Cystoscopy System	1. Brightfield Healthcare SW Ltd. / Brightfield Medical Instruments Co. 2. MGB Endoskopische Geräte GmbH Berlin	1.Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեզեկտոսկոպիայի հավաքածու Ցիստոսկոպ Դիտման աստիճանը 12 (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային երկարությունը 302մմ (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային տրամագիծը 4մմ (խիստ համապատասխանություն) Լուսատարի միացման տիպը Storz Լազերային զոդման տեխնոլոգիայով տեղադրված ոսպնյակներ (խիստ համապատասխանություն) Ոսպնյակների պատրաստման նյութը շափյուղա (խիստ

					համապատասխանություն) Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Աշխատանքային Էլեմենտ Աշխատանքի տիպը ակտիվ Միացման տիպը Storz Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ տիտան Նախատեսված 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների և 4մմ օպտիկայի հետ աշխատանքի համար Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ Էլեկտրոդների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Ռեզեկտոսկոպիայի խողովակների հավաքածու Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպիայի համար Արտաքին խողովակի տրամագիծը 26 Շարր, ջրի բարձր հոսքի համար նախատեսված անցքերով, իրիգացիայի և ներծծման համար նախատեսված փականներով, միացման տիպը Luerlock, Տուբուսի միացման տիպը Quick-Lock, Ներքին խողովակի տրամագիծը 24 Շարր Ճայրամասում կերամիկական ներդիրի առկայություն, միացման տիպը Quick-Lock Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող
--	--	--	--	--	---

						Բիպոլյար կտրող Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոլյար կտրող դանակ Collins Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոլյար գնդիկավոր Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոլյար գլանաձև Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի
--	--	--	--	--	--	--

					պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Վիզուալ օբտուրատոր Նախատեսված 24/26 Շարր Հիբրիդ տիպի ռեգեկտոսկոպների հետ աշխատանքների համար Մեկ աշխատանքային կանալով, աշխատանքային կանալի տրամագիծը՝ 5 Շարր Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Երկբևեռ մալուխ Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ աշխատանքային էլեմենտների հետ աշխատանքի համար Միացման տիպը Storz Խրոցակի տիպը SDS Համատեղելի լեհական Emed Spectrum վիրաբուժական միավորի հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Էլիկի Էվակուացիոն հավաքածու Հավաքածուն ներառում է ռետինե տանձիկ, ապակե երկխցանի տարա, սիլիկոնե ադապտեր, պտուտակավոր միացման ծայրակալով, Միացման տիպը Storz Համատեղելի հիբրիդ
--	--	--	--	--	--

					տիպի 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ Աշխատանքային տրամագիծը 17 Շարր, Ներծծման և իրիգացիայի փականներով Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր
	«LOG7» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՀԱ 12Բ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար Համատեղելի 4մմ տեխնիկականների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технիկականների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ
1					Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ Աշխատանքային տրամագիծը 22 Շարր, Ներծծման և իրիգացիայի փականներով Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար Համատեղելի 4մմ օպտիկականների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Ցիստոսկոպի կամրջակ Նախատեսված հավաքախույում ներառված ցիստոսկոպի արտաքին խողովակների հե, ինչպես նաև

					համատեղելի հավաքածույում ներառված 24/26 Շարր ռեգեկտոսկոպի խողովակների հետ Աշխատանքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2 Յուրաքանչյուրը առնվազն 8 Շարր գործիքների համար Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 12 Շարր Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Ալբարանի աշխատանքային Էլեմենտ Գործիքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2 Գործիքների աշխատանքային տրամագիծը առնվազն 6 Շարր Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 9 Շարր Օժտված թեքման մեխանիզմով , թեքման կրեմալիերով, Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Էնդոսկոպիկ բռնող աքցան Աշխատանքային տրամագիծը 5 Շարր Աշխատանքային Երկարությունը 60սմ Երկակի շարժվող ատամներով Քանդվող,
--	--	--	--	--	---

					հեշտ լվացման համար Բռնակը օժտված զսպանակով 360 աստիճան պտտման հնարավորությունով առանց բռնակը պտտելու Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավով
--	--	--	--	--	--