ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան

						ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Հեռակառավարման վահանակից մեկ կոճակով ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի բերելու գործառույթի առկայություն Մահճակալի ընդհանուր չափը՝ Ե / Լ 2180x980մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափը՝ Ե / Լ 2000x850 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Ոչ պակաս քան 4 սեկցիաների առկայություն Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-20° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը (հատակից մինչև ներքնակային հիմք)՝ ոչ պակաս քան 470-610 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսը պետք է մշակված լինի հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ

						և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը պետք էտեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի պանելներ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Հեռակառավարման վահանակի (լարային կամ անլար) առկայություն Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / Լ / Բ՝ 1925x820x100 մմ,

					շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան

						ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Հեռակառավարման վահանակից մեկ կոճակով ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի բերելու գործառույթի առկայություն Մահճակալի ընդհանուր չափը՝ Ե / Լ 2180x980մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափը՝ Ե / Լ 2000x850 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Ոչ պակաս քան 4 սեկցիաների առկայություն Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-20° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը (հատակից մինչև ներքնակային հիմք)՝ ոչ պակաս քան 470-610 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսը պետք է մշակված լինի հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ

						և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը պետք էտեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի պանելներ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Հեռակառավարման վահանակի (լարային կամ անլար) առկայություն Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / Լ / Բ՝ 1925x820x100 մմ,

					շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք