ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	փոխադրելի Ջրում լուծված թթվածնի որոշման համար անալիզատոր՝ լուծված թթվածնի զանգվածային կոնցենտրացիայի բարձր զգայուն չափումներով (միկրոգրամի միջակայքում) մեկ զգայուն էլեմենտով, հեղուկ-բյուրեղային թվային ցուցիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, հոսքի ընկղման թթվածնի սենսորով, մթնոլորտի ավտոմատ հաշվառման ճնշումը չափաբերման ընթացքում: Վերլուծված ջրի պարամետրերն են ջերմաստիճանը 0-ից +50 °C, աղի պարունակությունը 0-ից 40 գ/դմ3, pH-ը 4-ից 12: Անալիզատորը սնուցվում է 2,2-ից 3,4 Վ լարման մշտական հոսանքի աղբյուրից: Չափման միջակայքը վերլուծված միջավայրի 20°C ջերմաստիճանում 0-ից մինչև 10,00 մգ/դմ3, անալիզատորի թույլատրելի բացարձակ սխալանքի սահմանը ± (0,003 + 0,04C) մգ/դմ3: Տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում, անձնագիր և որակի հավաստագիր, շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: Հիմնական լրակազմը: - փոխակերպման բլոկ; - թթվածնի սենսոր; - Հոսքային կյուվետ; - Էլեկտրոլիտ; - փոխարինվող տարրերի հավաքածու; - AA տիպի տարրերի հավաքածու

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	փոխադրելի Ջրում լուծված թթվածնի որոշման համար անալիզատոր՝ լուծված թթվածնի զանգվածային կոնցենտրացիայի բարձր զգայուն չափումներով (միկրոգրամի միջակայքում) մեկ զգայուն էլեմենտով, հեղուկ-բյուրեղային թվային ցուցիչով, ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցմամբ, հոսքի ընկղման թթվածնի սենսորով, մթնոլորտի ավտոմատ հաշվառման ճնշումը չափաբերման ընթացքում: Վերլուծված ջրի պարամետրերն են ջերմաստիճանը 0-ից +50 °C, աղի պարունակությունը 0-ից 40 գ/դմ3, pH-ը 4-ից 12: Անալիզատորը սնուցվում է 2,2-ից 3,4 Վ լարման մշտական հոսանքի աղբյուրից: Չափման միջակայքը վերլուծված միջավայրի 20°C ջերմաստիճանում 0-ից մինչև 10,00 մգ/դմ3, անալիզատորի թույլատրելի բացարձակ սխալանքի սահմանը ± (0,003 + 0,04C) մգ/դմ3: Տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում, անձնագիր և որակի հավաստագիր, շահագործման հրահանգ ռուսերեն լեզվով: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: Հիմնական լրակազմը: - փոխակերպման բլոկ; - թթվածնի սենսոր; - Հոսքային կյուվետ; - Էլեկտրոլիտ; - փոխարինվող տարրերի հավաքածու; - AA տիպի տարրերի հավաքածու Переносной анализатор для определения растворенного кислорода с высокочувствительными измерениями массовой концентрации растворенного кислорода (в микрограммовом диапазоне) с одним чувствительным элементом, с цифровым жидкокристаллическим индикатором, с автоматической термокомпенсацией, с проточно- погружным датчиком кислородным, с автоматическим учетом атмосферного давления при градуировке. Параметры анализируемой воды температура от 0 до +50 оС, содержание солей от 0 до 40г/дм3, pH от 4 до 12. Электрическое питание анализатора

	осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 2,2 до 3,4 В. Диапазон измерения при температуре анализируемой среды 20 °С от 0 до 10,00мг/дм3, предел допускаемой абсолютной погрешности анализатора ± (0,003 + 0,04С) мг/дм3. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА, паспорт и сертификат качества, инструкция по эксплуатации на русском языке. Производства -2025-2026гг. Базовый комплект: - Блок преобразовательный; - Кислородный датчик; - Кювета проточная; - Электролит; - Комплект сменных элементов; - Комплект элементов типа АА