

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	1. INT Medical Instruments 2. Shenzhen Tianck Medical	1. INT Medical 2. Tianck Medical	1. PTCA Guide Wire 2. Astra 0.6g / 1.0g или S-Reach	1. Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 2. Shenzhen Tianck Medical Co., Ltd.	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված հատուկ ծածկույթով, ծայրի քաշը 0.6;1.0 գրամ/թույլատրելի շեղում 5%/, լարի անցումը ծայրին 2մմ/թույլատրելի շեղում 5%/ պատված սիլիկոնով,ռենտգենոկոնտրաստ հատվածը 2-3սմ, լարի երկարությունը 180-185սմ, տրամագիծը 0.014° 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող

				մետաղից:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ուղղորդիչ լարը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագույնը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛОГІ» УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					