

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ Տիպը՝ հորիզոնական, պուլս-վակուումային, Բ դասի Կառավարումը հպումային Էկրանի միջոցով, Էկրանի չափը առնվազն 7 դյույմ Ներդրված ախտահանման ծրագրերի քանակը առնվազն 13 Ներկառուցված ջերմային տպիչ, ախտահանման տվյալների տպման համար Ստերիլ խցի ծավալը ոչ պակաս քան 150 լ, նվազագույն չափերը ոչ պակաս քան 500*780մմ Աշխատանքային ճնշումը առնվազն -0,1ՄՊա վակուումի և 0,3ՄՊա ստերիլիզացման համար Աշխատանքային ջերմաստիճանի

				կարգաբերումը առնվազն 105-134 միջակայքում, քայլը ոչ պակաս քան 0,1 աստիճան Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում Չորացման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում Էլեկտրասնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE 2014/68, EU 2011/65, EN 13445
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕԱԱՊԶԲ 2026-42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ Տիպը՝ հորիզոնական, պոլս-վակումային, Բ դասի Կառավարումը հպումային Էկրանի միջոցով, Էկրանի չափը առնվազն 7 դյույմ Ներդրված ախտահանման ծրագրերի քանակը առնվազն 13 Ներկառուցված ջերմային տպիչ, ախտահանման տվյալների տպման համար Ստերիլ խցի ծավալը ոչ պակաս քան 150 Լ, նվազագույն չափերը ոչ պակաս քան 500*780մմ Աշխատանքային ճնշումը առնվազն -0,1ՄՊա վակումի և 0,3ՄՊա ստերիլիզացման համար Աշխատանքային ջերմաստիճանի

				կարգաբերումը առնվազն 105-134 միջակայքում, քայլը ոչ պակաս քան 0,1 աստիճան Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում Չորացման ժամանակի կարգաբերումը առնվազն 0-99ր միջակայքում Էլեկտրասնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO13485, CE 2014/68, EU 2011/65, EN 13445
--	--	--	--	--