

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Բժշկական նշանակության մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր, Էկրանի չափը առնվազն 12'' , գունավոր հպումային, LCD առնվազն 800 X 600 պիքսել: Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2: S-T սեգմենտի և առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամ զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0),

					40mm/mV(x4.0) Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում՝ 1-25 Hz Դեֆիբրիլիացիայից հետո վերականգնման ժամանակը՝ ոչ ավել 5վ Սրտի զարկեր Միջակայք՝ մեծահասակների համար ոչ պակաս 15-ից 300գ/ր Մանկական կամ նորածիների համար ոչ պակաս 15-ից 350գ/ր Չարկերի չափման սխալանքը՝ ոչ ավել ± 1 գ Ազդանշանային համակարգ Վերևի սահման՝ մեծահասակների համար ոչ պակաս 16-300գ/ր, մանկական /նորածնային ոչ պակաս 16-350գ/ր Ներքևի սահման՝ մեծահասակների համար 15-290գ/ր, մանկական /նորածնային 15-340գ/ր RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո- իմպենդանս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL Ալիքի ուժեղացումը՝ X0.5, x1, x2 Չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2011 Չափման միջակայքը՝ 0-100%
--	--	--	--	--	--

					Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին՝ ± 3 % Չարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) - 25-250 NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / շարունակական Առնվազն 100,000 չափման հնարավորությամբ Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում ոչ պակաս քան 1/2/3/4/5/1 0/15/30/60/90/120/180/240/480min (րոպե) Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Չափման տևողությունը առավելագույնը 20-40 վ Սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 40-270 -Մանկական ոչ պակաս - 40-200 -Նորածնային ոչ պակաս - 30-140 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 10-210 -Մանկական ոչ պակաս - 10-162 -Նորածնային ոչ պակաս - 10-90 Միջին միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ ոչ պակաս - 20-230 -Մանկական ոչ պակաս - 20-175 -Նորածնային ոչ պակաս - 20-100 Պետք է ունենա ներկառուցված գերճնշումից պաշտպանման
--	--	--	--	--	--

					համակարգ /սարքավորումով /` -Մեծահասակ առավելագույնը - 320-330 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 265-275մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 160-165մմսս գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /ծրագրային /` -Մեծահասակ առավելագույնը - 300 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 240մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 150մմսս TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2009 Մեթոդը` թերմիստոր Միջակայք ` 0-50 °C (32 to 122 °F) Քայլերը ` 0,1C Ուղիների քանակը առնվազն ` 2 Պարամետրներ ` T1, T2, and TD Աքսեսուարներ EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 3 ուղիանի NIBP մանժետ առկայություն` մեծահասակների և մանկական SpO2 տվիչ բազմակի օգտագործման Ջերմաստիճանի տվիչ Հոսանքի սնուցման մալուխ Մեկ անգամյա օգտագործման EՍԳ էլեկտրոդներ (առնվազն 40հատ) Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպիչի թղթի առկայություն առնվազն` 10 հատ Տվյալների
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					պահպանում առնվազն Թրենդ՝ նվազագույնը 168 ժամ Ահազանգեր՝ ոչ պակաս 200 ֆիզիոլոգիական ահազանգ, ոչ պակաս 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ ոչ պակաս 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը առնվազն 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային կոդը՝ առնվազն RJ45, USB Քաշը ոչ ավել 2,8 կգ Ապրանքը ապահովում է լիարժեք տեխնիկական գործարանային փաթեթավորմամբ:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 24 ամիս: