

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Պերֆուզյոն պոմպ	Պերֆուզյոն պոմպ	Պերֆուզյոն պոմպ	Պերֆուզյոն պոմպ	Ներարկչային պոմպ Չափսերը ոչ ավել, քան՝ 245*120*130 մմ ± 5% Քաշը, ոչ ավել, քան՝ 2 կգ Էկրան՝ առնվազն 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային Էկրան Ծալվող բռնակի առկայություն Պոմպերը պետք է հնարավոր լինի իրար վրա դնել (stackable) Պայծառույուն ՝ առնվազն 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Ձայնի մակարդակը՝ առնվազն 1-10 մակարդակ ,կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփլեյ՝ ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ պետք է

					երևան Նույնիսկ հեռավորության վրա Պետք է ցուցադրվի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Համակարգի տեղեկատվություն՝ Ներարկչի ապրանքանիշ, Ներարկչի չափս, Կողպված Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status) , Ընտրված դեղամիջոցի անվանում, Մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն՝ Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, Ներարկված ընդհանուր ծավալ, Իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, Ահազանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ՝ Մեկնարկ/կանգ, Բոլուս/Մաքրում, Մենյու Դարամետրեր՝ Ճշգրտություն- արագությունը ոչ պակաս, քան՝ 1մ/Ժ, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ կամ ավելի ճշգրիտ Մեխանիկական ճշգրտությունը՝ $\pm 1\%$ կամ ավելի ճշգրիտ Ռեժիմ՝ առնվազն 8 ինֆուզիոն ռեժիմներ Արագության ռեժիմ (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Դեղերի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode),
--	--	--	--	--	---

Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode), TIVA ռեժիմ Հոսքի արագության միջակայքը՝ առնվազն 0.1-1500 մլ/ժ., նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ Հոսքի արագությունը, առնվազն ` ասեղի չափսը 2 մլ (0.1-100) մլ/ժ ասեղի չափսը 5 մլ (0.1-150) մլ/ժ ասեղի չափսը 10 մլ (0.1-300) մլ/ժ ասեղի չափսը 20 մլ (0.1-600) մլ/ժ ասեղի չափսը 30 մլ (0.1-900) մլ/ժ ասեղի չափսը 50/60 մլ (0.1-1500) մլ/ժ Նվազագույն հոսքի արագության բարձրացում/աճ՝ 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99 մլ/ժ) 0.1 մլ/ժ (100-999.9 մլ/ժ) 1 մլ/ժ (1000-1500մլ/ժ) Բոլուսի տեսակը՝ մանուալ, ավտոմատ բոլուս Միջակայքը՝ 2 մլ ասեղ (0.11-100) մլ/ժ 5 մլ ասեղ (0.11-150) մլ/ժ 10 մլ ասեղ (0.11-300) մլ/ժ 20 մլ ասեղ (0.11-600) մլ/ժ 30 մլ ասեղ (0.11-900) մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ (0.11-1500) մլ/ժ VTBI ` 0. 01-9999.99մլ, նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ Ներարկված ընդհանուր ծավալը, ոչ պակաս, քան՝ 0. 00-9999.99մլ, նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ KVO արագությունը ` 0.00-5մլ./ժ Մաքրման արագությունը (purge rate) 2 մլ ասեղ ` 100 մլ/ժ 5 մլ

ասեղ՝ 150 մլ/ժ 10 մլ ասեղ՝ 300
 մլ/ժ 20 մլ ասեղ՝ 600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ
 ՝ 900 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 1500 մլ/ժ
 Կոնցենտրացիայի միավոր՝ ng/min,
 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min,
 ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min,
 mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, g/min,
 g/h, g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h, IU/kg/
 min, IU/kg/h, KU/min, KU/h KU/
 kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/ min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/ min,
 kcal/kg/h Դոզայի արագության
 միավոր՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml,
 U/ml, IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml,
 mmol/ ml, kcal/ml Միկրոռեժիմի
 տիրույթ՝ նորածինների համար
 ճշգրիտ ներարկման կառավարում,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 2 մլ ասեղ
 ՝ 100 մլ/ժ 5 մլ ասեղ ՝ 100-150 մլ/ժ 10
 մլ ասեղ ՝ 100-300 մլ/ժ 20 մլ ասեղ ՝
 100-600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ ՝ 100-900
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 100-1500 մլ/ժ
 Ժամանակը՝ 1 րոպե-99ժամ59 րոպո
 Օկլուզիայի հայտնաբերում՝ 1-12

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЭЭСОБ-ЕЦДЦ72Р-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					մակարդակներ, ընտրովի, Միջակայք՝ 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս. , Առնվազն 4 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg, kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս Գրանցումներ - առնվազն 5 000 գրանցում Բուժման գրանցումներ՝ ոչ պակաս, քան 20 բուժումների գրանցումներ: Մեկ սեռական բուժման գրանցման ընտրովի՝ ներարկման արագ մեկնարկի համար Դեղի գրադարան՝ առնվազն 2000 դեղ Էլեկտրոնիկ տեխնիկական (screen lock) մեթոդներ, առնվազն՝ ձեռքով, ավտոմատ Ավտոմատ կողման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ռեժիմ՝ 00: 01վ - 99 ժամ : 59ր. Ներարկիչներ՝ կիրառվող ներարկիչների չափսը, առնվազն `2/3մլ, 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ.,50/60մլ; հնարավոր էօգտագործել տարբեր ապրանքանիշների ներարկիչներ Ներարկիչի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Ահազանգ - առնվազն ` Պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Ահազանգի առնվազն 3 մակարդակներ՝ բարձր, միջին, ցածր Պոմպի անգործուն վիճակի մասին
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական (screen lock) մեթոդներ, առնվազն՝ ձեռքով, ավտոմատ
4					

				ահագանգ (Idle Alert)՝ 2 րոպե, 5 ր., 10ր., 15ր., 30ր. Միացում՝ լարով USB առկայություն Անլար ՝ Wifi մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ) DPS (Օկլուզիայի նախա-ահագանգ և ճնշման անկման ահագանգեր) Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Աշխատաժամանակը՝ ոչ պակաս, քան ՝ 5 ժամ, Լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 2.5 ժամ Հոսանք՝ AC 100-240V, 50/60Հց Ռալի վկայականներ՝ CE կամ համարժեք, ISO 13485 կամ համարժեք Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--