

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԾՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը        | մակնիշը                    | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | Դեֆիբրիլյատոր<br>մոնիտորով | Դեֆիբրիլյատոր<br>մոնիտորով | Դեֆիբրիլյատոր<br>մոնիտորով | Դեֆիբրիլյատոր<br>մոնիտորով | Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր-<br>մոնիտոր նախատեսված սրտային<br>խնդիրների անհետաձգելի<br>օգնության համար, մշակված է<br>բավարարելու բազային<br>վերականգնողական ծառայության և<br>ընդլայնված վերականգնողական<br>ծառայության հիվանդների<br>պրոտոկոլներին: Մոնիտորը<br>հնարվություն ունի իրականացնելու<br>դեֆիբրիլիացիան MANUAL,<br>ADVISORY կամ AED ռեժիմներում :<br>Չափերը ոչ ավել քան ` 370 x 245 x<br>345 mm Քաշը ոչ ավել քան ` 5,6 կգ /<br>Ներառյալ մարտկոցները / Սնուցումը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12V<br/>փոխակերպիչ ավտոմեքենայի<br/>համար /հնարավորություն/ :<br/>Լիցքավորվող մարտկոց 15.0 V – 3.2<br/>Ah Lithium-ion Լիցքավորված<br/>մարտկոցով օգտագործման<br/>ժամանակը առնվազն ` 5 ժամ<br/>Մարտկոցի լիցքավորման<br/>ժամանակը ոչ ավել ` 3 ժամ<br/>Առնվազն 150 դեֆիբրիլիացման<br/>230Ջ ուժով ամբողջությամբ<br/>լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային<br/>և տեքստային բազմալեզու ծրագրի<br/>առկայություն Հիշողությունը<br/>առնվազն ` 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ<br/>տվյալ, իրադարձություն և<br/>օգտագործման ընթացքում<br/>իրականացված գործողությունների<br/>պահպանում Պահպանված<br/>իրադարձությունների /events /<br/>դիտում և տպագրում Մեկուսացումը<br/>` ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի<br/>տեսակը BF Ջրակայունության<br/>աստիճանը ` Class IPX4<br/>Դեֆիբրիլիացում ` Երկփուլային<br/>կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE),<br/>HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ<br/>կոնդենսատոր)<br/>Դիմադրողականություն `</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

կոնպենսացվող , միջակայքը ոչ ավել  
25-200 օհմ Վերալիցքավորում`  
առնվազն 6վ 230ջ AED ռեժիմ  
Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ  
Կիրառվող պրոտոկոլը առնվազն`  
ERC 2015 սիրտ-թոքային  
վերակենդանացման ուղեցույցներ`  
ձայնային և տեքստային  
հուշումներով Շոկային ռեժիմները`  
VF ամպլիդուտը » 0.15 mV և VT  
ռիթմը »150 bpm Չգայունությունը`  
Շոկային ռիթմ-VF » 95%, Շոկային  
ռիթմ - VT » 75% Սպեցիֆիկությունը`  
Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ  
սինուսոիդալ ռիթմ » 99%,  
Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր  
» 95% Manual ռեժիմ Առնվազն 1 -  
230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից  
230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ`  
Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման  
կոճակ: Լիցքավորման և  
հարվածային կոճակ անմիջապես  
առջևի վահանակում` ձեռքերը  
ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար  
Գործարկման ռեժիմ` ԷՍԳ «R» ալիքի  
սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ  
Էկրանը` Բարձր կոնտրաստային TFT  
գունավոր LCD առնվազն 7 դյույմ  
(800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ`

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ<br/>ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ<br/>Թողունակությունը առնվազն՝ 0.5 -<br/>120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը անջատած<br/>վիճակում CMRR » 95 դԲ Մուտքային<br/>դիմադրողականություն՝ » 20 Մոհմ<br/>Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ առնվազն<br/>5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF,<br/>aVR, V) – ստանդարտ Ուժեղացում<br/>առնվազն՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ<br/>հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝<br/>պնակներով Արագություն առնվազն՝<br/>5, 10, 25, 50 մմ/վ Չտիչներ ոչ<br/>պակաս՝ 550/60 Հց, ԷՍԳ ֆիլտր,<br/>բազային գիծ Մոնիտորինգի<br/>ռեժիմում թողունակությունը<br/>առնվազն՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db)<br/>Դիագնոստիկ ռեժիմում<br/>թողունակությունը առնվազն՝ 0.05 -<br/>120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր<br/>առնվազն՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%),<br/>թվային ցուցմունք Էկրանին<br/>Ազդանշան ՝ Սրտի առավելագույն<br/>զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր,<br/>սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր<br/>Ներկառուցված տպիչ ՝ Ինտեգրված<br/>ջերմային առնվազն 3 ալիքային<br/>տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և<br/>իրադարձությունների</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt; RUCCOB-EU&amp;U 12P-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            | <p>փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախ, SpO2/NIBP արժեքներ, SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը նվազագույնը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները առնվազն ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետիարկածային ճալագորություն) և</p> <p>Արտադրողի Դաշնային Պաշտպանության Գործարկման Տեխնիկական Սահմանափակումները</p> |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               | Предлагаемый товар |                            | առկայություն Տեղափոխման անհրաժեշտություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | տեխնիկական բնութագրի և արտադրողի տեխնիկական խառնուրդի առնվազն 5 արտադրման համար                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               |                    |                            | Տախիքի թղթի առկայություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |                    |                            | <p>առնվազն՝ 10 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի ՝ IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12ամիս:</p>   |