

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլիատոր /Defibrillator Rescue Life 7	PROGETTI	RESCUE Life	PROGETTI srl	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր- մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերակենդանացման ծառայության և ընդլայնված վերակենդանացման ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ` 369 x 240 x 340 mm Քաշը ` 5,5 կգ / ներառյալ մարտկոցները / Սնուցումը ` AC 100-240 VAC, 50/60

					Hz, 12V փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ : Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V – 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանակը ` 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ` 3 ժամ 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը ` 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ` ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը ` Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում ` Երկփուլային կրճատված Էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն ` կոնպենսացվող , միջակայքը 25-200
--	--	--	--	--	---

					օհմ Վերալիցքավորում՝ 6վ 230ջ AED ռեժիմ Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ Կիրառվող պրոտոկոլը՝ ERC 2015 սիրտ-թոքային վերակենդանացման ուղեցույցներ՝ ձայնային և տեքստային հուշումներով Շոկային ռեժիմները՝ VF ամպլիդուտը > 0.15 mV և VT ռիթմը > 150 bpm Չգայունությունը՝ Շոկային ռիթմ-VF $> 95\%$, Շոկային ռիթմ - VT $> 75\%$ Սպեցիֆիկությունը՝ Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ սինուսոիդալ ռիթմ $>$ 99%, Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր $> 95\%$ Manual ռեժիմ 1 - 230 Ձ (1-10 Ձ-ից 1 Ձ քայլով; 10-ից 230 Ձ- ից 10 Ձ քայլով) Հրահանգներ՝ Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման կոճակ: Լիցքավորման և հարվածային կոճակ անմիջապես առջևի վահանակում՝ ձեռքերը ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար Գործարկման ռեժիմ՝ ԷՍԳ «R» ալիքի սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ Էկրանը՝ Բարձր կոնտրաստային TFT գունավոր LCD 7 դյույմ (800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ՝ Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ թողունակությունը՝ 0.5 - 120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը
--	--	--	--	--	--

					անջատած վիճակում CMRR > 95 դր Մուտքային դիմադրողականություն՝ > 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - ստանդարտ Ուժեղացում՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Չտիչներ՝ 550/60 Հց, ԷՄԳ Ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք Էկրանին Ազդանշան՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ՝ Ինտեգրված ջերմային 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՄԳ հետքերի և իրադարձությունների փաստաթղթավորման համար, Ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետհարվածային
--	--	--	--	--	--

					ծայնագրություն) Առկա է արքեսուարներ Պայուսակ Տեղափոխման, սնուցման մալուխ ԷՍԳ մալուխ 5 արտածման համար Տպիչի թղթի առկայություն ` 10 հատ Սարքը համապատասխանում է ` IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Սարքն ունի և տեխնիկական հատկությունները ներառված են ժամկետը ` 12 ամիս
					Սեդյրն ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <UCCOB-EU&U12F-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					