

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ավտոմատ սարք TOCM-10 տեսակի, յուղերի օքսիդացման նկատմամբ կայունությունը որոշելու համար; նշված փորձարկման պայմանների ավտոմատ պահպանումով: Սարքի համակարգը ներառում է. 1. յուղերի կայունությունը որոշելու սարք, 2. 6 բջիջ ունեցող տաքացման բլոկ, 3. ներկառուցված ջեռուցիչ, որը ապահովում է $\pm 0,5$ 0C ճշգրտություն 40 – 1800C միջակայքում և ± 10 0C 180 – 3500C միջակայքում; 4. օդի պատրաստման համակարգ՝ առավելագույն թույլատրելի մոտքային օդի ճնշմամբ, որը չի գերազանցում 170 կՊա, ստանդարտ ջերմաչափ, փորձանոթներ: Պահանջվում է ներկայացնել շահագործման ձեռնարկ, սարքի անձնագիր, երաշխիքային քարտ, որակի վկայական, տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: Պահանջվող լրակագմը՝ • ЛистеЛ TOCM-10 տեսակի սարք – 1 հատ; • Խողովակ – 24 հատ, • Պոլիուրեթանային խողովակ – 6 հատ, • Կոնդենսատոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Կոնդենսատային ընդունիչ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Օդի մատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Ռեակտոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Սառնարան ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Ծուղակ կոնդենսատի համար ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գիլզա ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Անցումային խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գազամատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Փորձանոթ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե M1) ԳՕՍՏ 18136 -ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ ШХ15) ԳՕՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (ալյումինե АК4) ԳՕՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ 45) ԳՕՏ 18136-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե M1) ԳՕՏ

23797-ի համար • Տակդիր - 6 հատ, • Պինցետ - 1 հատ, • Բաց բանալի 8 - 1 հատ, • Շահագործման հրահանգ - 1 հատ, • Անձնագիր - 1 հատ, • Ատեստավորման ծրագիր և մեթոդիկա - 1 օրինակ Ավտոմատ սարք ТОСМ-10 տեսակի, յուղերի օքսիդացման նկատմամբ կայունությունը որոշելու համար; Նշված փորձարկման պայմանների ավտոմատ պահպանումով: Սարքի համակարգը ներառում է. 1. յուղերի կայունությունը որոշելու սարք, 2. 6 բջիջ ունեցող տաքացման բլոկ, 3. ներկառուցված ջեռուցիչ, որը ապահովում է $\pm 0,5$ 0C ճշգրտություն 40 ÷ 1800C միջակայքում և ± 10 C 180 ÷ 3500C միջակայքում; 4. օդի պատրաստման համակարգ՝ առավելագույն թուլյատրելի մոլոքային օդի ճնշմամբ, որը չի գերազանցում 170 կՊա, ստանդարտ ջերմաչափ, փորձանոթներ: Պահանջվում է ներկայացնել շահագործման ձեռնարկ, սարքի անձնագիր, երաշխիքային քարտ, որակի վկայական, տեսակի հաստատման հավաստագիր ՀՀ պետ. ռեեստրում: Արտադրությունը՝ 2025-2026թթ: Պահանջվող լրակագմը՝ • Линтел ТОСМ-10 տեսակի սարք - 1 հատ; • Խողովակ - 24 հատ, • Պոլիուրեթանային խողովակ - 6 հատ, • Կոնդենսատոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Կոնդենսատային ընդունիչ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Օդի մատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Ռեակտոր ըստ ԳՕՍՏ 23797 - 6 հատ, • Սառնարան ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Ծուղակ կոնդենսատի համար ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գիլզա ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Անցումային խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Գազամատակարարման խողովակ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Փորձանոթ ըստ ԳՕՍՏ 18136 - 6 հատ, • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե М1) ԳՕՍՏ 18136 -ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ ШХ15) ԳՕՍՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (ալյումինե АК4) ԳՕՍՏ 23797-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պողպատ 45) ԳՕՍՏ 18136-ի համար • Կատալիզատորի թիթեղների հավաքածու (պղնձե М1) ԳՕՍՏ 23797-ի համար • Տակդիր - 6 հատ, • Պինցետ - 1 հատ, • Բաց բանալի 8 - 1 հատ, • Շահագործման հրահանգ - 1 հատ, • Անձնագիր - 1 հատ, • Ատեստավորման ծրագիր և մեթոդիկա - 1 օրինակ Автоматический прибор ТОСМ-10 типа для определения стабильности масел против окисления. Автоматическое поддержание заданных условий испытания. В систему прибора входят: 1. прибор для определения стабильности масел; 2. нагревательный блок с 6-ю ячейками; 3. встроенный нагреватель, обеспечивающий точность температуры $\pm 0,50$ C в диапазоне от 40 до 1800C и ± 10 C в диапазоне от 180 до 3500C; 4. система подготовки воздуха, при максимально допустимом давлении входящего воздуха не более 170 кПа, образцовый термометр, сосуды для испытания. Руководство по эксплуатации, паспорт прибора, гарантийный талон, сертификат качества. Наличие сертификата об утверждении типа прибора в госреестре РА. Производства -2025-2026гг. Комплект поставки: • Прибор Линтел ТОСМ-10; • Трубка - 24 шт.; • Полиуретановая трубка - 6 шт.; • Конденсатор ԳՕՍՏ 23797 - 6 шт.; • Приёмник конденсата ԳՕՍՏ 23797 - 6 шт.; • Трубка подачи воздуха ԳՕՍՏ 23797 - 6 шт.; • Реактор ԳՕՍՏ 23797 - 6 шт.; •

Холодильник ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Ловушка для конденсата ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Гильза ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Переходная трубка ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Трубка для подвода газа ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Пробирка ГОСТ 18136 - 6 шт.; • Комплект пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 18136; • Комплект пластин-катализаторов (сталь ШХ15) для ГОСТ 23797; • Комплект пластин-катализаторов (алюминий АК4) для ГОСТ 23797; • Комплект пластин-катализаторов (сталь 45) для ГОСТ 18136; • Комплект пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 23797; • Подставка - 6 шт.; • Пинцет - 1 шт.; • Ключ рожковый на 8 - 1 шт.; • Руководство по эксплуатации - 1 экз.; • Паспорт - 1 экз.; • Программа и методика аттестации - 1 экз.; կամ համարժեքը ավտոմատ սարք АПСМ-1М տեսակի - ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճան մինչև +250 0C; - ջերմակարգավորիչ հեղուկի սահմանված ջերմաստիճանը պահպանելու ճշգրտությունը՝ ± 0.5 0C Հզորության պարամետրեր՝ - լարում 220 V; - հաճախականություն 50 ± 1 Հց; -Էներգիայի սպառում ոչ ավելի, քան 2.5 կVտ; - օքսիդացված նմուշների առավելագույն քանակը՝ 6; Ռոտամետրի բլոկը տրամաչափվում է օքսիդացնող նյութի հետևյալ հոսքի արագությունների համար. - 50 սմ3 / րոպե; - 5 դմ3 / ժամ; - 200 սմ3 / րոպե: Լրակազմը 1 Ջերմաստատիկ լոգարան - 1 հատ, 2 Կառավարման բլոկ - 1 հատ, 3 Ռոտամետրների բլոկ - 1 հատ, Մոնոստատ (ապամոնոտաժված վիճակում) 1 Եռոտանի (ատատիվ) - 1 հատ, 2 Փորձանոթ - 1 հատ, 3 Հիմք - 1 հատ, 4 Միացնող խողովակ (փրփրացող) - 1 հատ, 5 Խցան - 1 հատ, 6 պտուտակ Մ8- 1 հատ, 7 Տափօղակ (шайба) 8 - 1 հատ, Թթվածնի մատակարարման համակարգի տարրերը 1 Ռեդուկտոր БКО-50-12,5 ГОСТ 13861-89 - 1 հատ, 2 Փական - 1 հատ, Աքսեսուարների հավաքածու 1 Ռեակցիայի անոթ (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ, 2 Խցան (ВТИ սարքի համար) - 8 հատ, 3 Ծուղակ - 8 հատ, 4 բռնիչ БОЗ 6.152.002 - 1 հատ, 5 Ամորտիզատոր - 6 հատ, 6 Բռնիչ (держатель) БОЗ 6.152.003 - 6 հատ, 7 Սպիրալ - 12 հատ, 8 ափսե (հարթակ) - 12 հատ, 9 Բռնիչ БОЗ 8.126.010 - 2 հատ, 10 Խրոց (заглушка) - 6 հատ, Եռոտանի (ապամոնոտաժված վիճակում) 1 Հիմք - 1 հատ, 2 Սյունակ - 4 հատ, 3 Պալետ (տակդիր) - 1 հատ, 4 Դարակ - 1 հատ Կառավարման բլոկի պարագաներ 1. Ժգուտ (жгут) - 1 հատ, 2. Ջերմաստիճանի սենսոր (Էլեկտրոնային սենսոր) ջերմաստիճանի) - 1 հատ 3. Ցանցային սնուցման մալուխ РС-GE - 1 հատ Չափիչ գործիքներ - Ջերմաչափ ТЛ-4 № 3 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ -4 №4 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ -4 №5 ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Ջերմաչափ ТЛ-4 №6 - ТУ 25.20201-003-88 - 1 հատ, - Թևք III -9-20 ԳՕՍՍ 9356-75 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 8,0x2 տիպի ԳՕՍՍ 3399-76 - 5 հատ, - բժշկական ռետինե խողովակ 4 6,0x1,5 տիպի ԳՕՍՍ 3399-76 - 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 - 6 հատ, - Կափարիչ БОЗ 8.634.031 - 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	