

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԾՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Սարքավորումն պետք է ունենա՝ առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ծավալի ռեժիմ (A/C-V), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ճնշման ռեժիմ (A/C-P), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ռեժիմ (A/C+SIGH), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ծավալի ռեժիմ (SIMV- V), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ճնշման ռեժիմ (SIMV-P), • Ինքնաբուխ/ճնշման աջակցման ռեժիմ (SPONT/PSV), • Շնչուղիների

					շարունակական դրական ճնշման ռեժիմ (CPAP), • Ձեռքով շնչառության ռեժիմ: Սարքավորումն պետք է ունենա հետևյալ ցուցանիշները` • Շնչառական ծավալ` 0-ից մինչև առնվազն 2000 մլ, • Շնչառության հաճախականություն` 1-ից մինչև առնվազն 120 շնչառություն րոպեում A/C ռեժիմում; • 1-ից մինչև առնվազն 40 շնչառություն րոպեում SIMV ռեժիմում: • I:E հարաբերակցություն` 4:1-ից մինչև 1:10, FiO₂` նվազագույնը 40%-ից մինչև 100% անընդհատ կարգավորելի, • Ճնշման ակտիվացուցիչի զգայունություն (Psens)` առավելագույնը -20 կՊա-ից մինչև 0, • Հոսքի ակտիվացման զգայունություն (Vsens)` ոչ ավել 2 լ/րոպեից մինչև ոչ պակաս 30 լ/րոպե, • PEEP 0-ից մինչև ոչ պակաս 20 սմ H₂O բայց ոչ ավել 30 սմ H₂O), • Ճնշման աջակցություն (Psupp): 0-ից մինչև ոչ պակաս 50 սմ H₂O, Սարքավորումն պետք է առկա լինեն մոնիտորինգի առնվազն հետևյալ ցուցանիշները` • Շնչուղիների առավելագույն ճնշումը
--	--	--	--	--	--

(Ppeak), • PEEP. վերահսկվում և ցուցադրվում է, • Շնչառական ծավալ (VT), • Ընդհանուր շնչառական հաճախականությունը (Ftotal) • Բուլեական ծավալ (MV). ցուցադրվում է լիտրերով, • FiO₂ (մատակարարված թթվածնի կոնցենտրացիա). վերահսկվում և ցուցադրվում է, • I:E հարաբերակցությունը.

վերահսկվում և ցուցադրվում է:

Սարքը պետք է ցուցադրի առնվազն՝ իրական ժամանակի ալիքներ, ներառյալ ճնշում-ժամանակ (Paw-t) և հոսք-ժամանակ (Flow-t) կորերը, որոնք կարող են ընտրվել բլոկային կամ գծային ցուցադրման ոճով:

Սարքումը պետք է առկա լինի ահագանգման ցուցանիշների առնվազն հետևյալ ռեժիմներ՝

- Շնչուղիների բարձր ճնշում, •
- Շնչուղիների ցածր ճնշում, •
- Շարունակական բարձր ճնշում (CP բարձր), • Բուլեական բարձր ծավալ (MV բարձր), • Բուլեական ցածր ծավալ, շնչառական ծավալ չկա (VT չկա), • Ապնոե՝ տագնապը ակտիվանում է՝ առավելագույնը 12-18 վայրկյանի ընթացքում, • FiO₂

					բարձր, FiO_2 ցածր, • Գազի մատակարարման խափանում՝ ակտիվանում է, երբ մատակարարման ճնշումը իջնում է՝ առավելագույնը 0.25 ՄՊա-ից ցածր, • Թթվածնի անբավարարություն, • Մարտկոցի ցածր լիցքի, • AC/արտաքին հոսանքի անջատում, • O_2 սենսորի անբավարարություն: Սարքը պետք է ապահովի թթվածնի հոսք 0.25-0.6MPa: Հոսանքի սնուցումը 100 Վ-ից մինչև 240 Վ, 50/60 Հց, ≤ 65 ՎԱ: Սարքը պետք է Ունենա՝ առնվազն 5 դյույմանոց LCD գունավոր սենսորային էկրան: Անվտանգության առավելագույն ճնշում՝ 8 կՊա: Համակարգի համապատասխանություն՝ առավելագույնը 4 մլ/100 Պա: Ներկառուցված մարտկոցը պետք է ապահովի անընդհատ աշխատանք առնվազն 4.5 ժամ: Սարքը պետք է ունենա ճմշման ու ծավալի կառավարման ռեժիմներ, Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ շնչառության հնարավորություն, SPONT/PSV և CPAP ռեժիմներ: Պետք է ունենա՝ առնվազն IPX4 ջրակայունության պաշտպանության մակարդակ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-05-000-ЕДЗУ-12P-2026/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Սարքը պետք է լինի կիրառելի հիվանդներին տեղափոխության ընթացքում, անհետաձգելի բուժօգնության մեքենաներում: Պետք է ունենա՝ առնվազն հոսանքի սնուցման հետևյալ աղբյուրները՝ • ներկառուցված մարտկոց, • A/C power adapter, • Շտապ բուժօգնության մեքենայի • D/C սնուցում: Հետևյալի մեջ պետք է առկա լինեն առնվազն՝ թվածային բալուն /իր տախտակով/, թվածային տուփ, տեխնիկական հատկությունների պայուսակ նախատեսված տվյալ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	սարքը, բալունը և արքեսուարները հարմարավետ և անվտանգ տեղափոխման համար: Ամբողջական սարքի և արքեսուարների ամբողջական քաշը ոչ ավել քան 8,5 կիլոգրամից: Սարքը պետք է համապատասխանում է EN1789 ստանդարտի պահանջներին Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007+A1:2012: IEC 60601-1-8: 2006 +Am.1:2012, EN 794-3:1998+A2:2009,IEC 62304:2006+A1:2015, IEC 60601-1-2:2014: Սերտեֆիկատներ՝
1					

					ISO, CE կամ համարժեք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---