

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Մարդու զարկերակ ային/երակային արյան մեջ գազերի և Էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ	Gastat	Gastat-Pro	Gastat	Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և Էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCl ⁻ , cCa ²⁺ , Hct , HCO ₃ ⁻ , TCO ₂ , BE, bE, HB, O ₂ sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO ₂ , RI, cCa: Աշխատանքի մեթոդը՝ չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիլուենտի pH, cNa ⁺ , cK ⁺ , cCl ⁻ , cCa ²⁺ նշված պարամետրերի

համար չափման մեթոդը
 իոնսելեկտիվ քարթրիջային
 էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա,
 pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2
 ըստ բարելաված Սեմերինգհաուզի:
 Ամեն հետազոտության համար
 անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ
 արյուն: Չափելի պարամետրների
 որոշման առավելագույն և
 նվազագույն տիրույթները պետք է
 ապահովի. pH (6,00-8,00), pCO2
 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+
 (50.0-720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0-
 12.0մմոլ/լ), cCl– (50.0-200.0մմոլ/լ) ,
 cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%);
 հաշվարկային պարամետրերի
 չափման տիրույթները հետևյալն են
 cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9
 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ);
 cBE(ecf) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B)
 -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9
 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %);
 ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ); ctO2(a)
 -(5.0-40.0 ծավ%);
 cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-
 a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG
 -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T)
 -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0);
 pO2(T) -(5.0 -720.0): Էկրանը

				սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դոյմ հեղուկ բյուրեղային: Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 5000 թեսթի հիշողություն: Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում: Ներկառուցված տպիչի առկայություն : Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն: Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ: Յուրաքնչյուր քննության ժամանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր): Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի հավաստագրեր առնվազն՝ ISO, CE, FDA, IVDR "
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ	Gastat	Gastat-Pro	Gastat	Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl- , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa: Աշխատանքի մեթոդը՝ չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիլուենտի pH, cNa+ , cK+ , cCl- , cCa2+ նշված պարամետրերի

համար չափման մեթոդը
 իոնսելեկտիվ քարթրիջային
 էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա,
 pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2
 ըստ բարելաված Սեմերինգհաուզի:
 Ամեն հետազոտության համար
 անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ
 արյուն: Չափելի պարամետրների
 որոշման առավելագույն և
 նվազագույն տիրույթները պետք է
 ապահովի. pH (6,00-8,00), pCO2
 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+
 (50.0-720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0-
 12.0մմոլ/լ), cCl– (50.0-200.0մմոլ/լ) ,
 cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%);
 հաշվարկային պարամետրերի
 չափման տիրույթները հետևյալն են
 cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9
 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ);
 cBE(ecf) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B)
 -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9
 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %);
 ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ); ctO2(a)
 -(5.0-40.0 ծավ%);
 cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-
 a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG
 -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T)
 -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0);
 pO2(T) -(5.0 -720.0): Էկրանը

				սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դոյմ հեղուկ բյուրեղային: Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 5000 թեսթի հիշողություն: Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում: Ներկառուցված տպիչի առկայություն : Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն: Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ: Յուրաքնչյուր քննության ժամանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր): Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի հավաստագրեր առնվազն՝ ISO, CE, FDA, IVDR "
--	--	--	--	---