

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 40 | Բոեկո ռոտատոր | Բոեկո ռոտատոր, ԲԻՈ ՌՍ-24 | ԲԻՈ ՌՍ-24 | Բոեկո ՍՊԸ | Փորձանոթների ուղղահայաց պտտման սարք • Սարքը պետք է կանխարգելի փորձանոթներում արյան մակարդումը, • Պետք է ունենա փորձանոթների համար ունիվերսալ հարթակներ՝ ռետիկե սեղմակներով, • Արագության կարգավորման տիրույթը՝ 5-30 պտույտ/ր. • Ուղղահայաց ռոտացիան՝ 360 °, • Անընդհատ աշխատանքի ռեժիմի առկայություն, • Պլատֆորմը պետք է տեղավորի 20 փորձանոթներ, • Համատեղելի փորձանոթների ծավալը՝ 1,5-15 մլ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 40 | Боеко Ротатор | Боеко Ротатор, БИО РС-24 | БИО РС-24 | ООО Боеко | Вертикальное вращающееся устройство для пробирок • Устройство должно предотвращать образование тромбов в пробирках. • Наличие универсальных площадок для пробирок с резиновыми зажимами; • Диапазон регулирования скорости: 5-30 об / мин. • Вертикальное вращение: 360 °, • Наличие непрерывного режима работы, • На платформе 20 пробирок. • Объем совместимых пробирок 1,5-15 мл. |