

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	Բազմացուցանիշ պացիենտ մոնիտոր: Նախատեսված է հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերականգնողական, ինտենսիվ թերապիաի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 12"գույնավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 800x600 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման

հնարավորություն՝ ըստ
ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝
100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz: DC՝
ներկառուցված լիցքավորվող
լիթիումային կամ կիկել ջրածնային
մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն
առնվազն՝ 11.1 V, 2000 mAh:
Լիարժեք լիցքավորումից հետո
առնվազն 4 աշխատանքային ժամ:
Մարտկոցի լիցքի նվազման
ազդանշանից հետո առնվազն 5
րոպե անխափան աշխատանքի
հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի
աղյուսակի պահպանման
հնարավորություն առնվազն 7x24
ժամ: Արյան ճնշման (NIBP)
հիշողություն առնվազն 400
ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման
հնարավորություն առնվազն 100
րոպե: Ազդանշանների վերանայում
առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի
կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST
հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0
mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պոլսի
հաճախության միջակայքը
առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm,
լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1
bpm, ճշտություն՝ ± 3 bpm: ԷՍԳ
արտածումներն առվնազն 5 հատ

(RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների
 ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR,
 aVL, aVF, V: Հզորացման
 գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250$,
 $\times 500$, $\times 1000$, $\times 2000$:
 Չգայունություն առնվազն 200 μV
 (գագաթային արժեք):
 Դիմադրություն առավելագույնը $\gg 5$
 M Ω : Սրտի հաճախության միջակայք
 առնվազն 15–380 bpm: Ճշտություն
 $\pm 1\%$: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1
 mV ($\pm 5\%$): Դեֆիբրիլյացիայից
 հետո վերականգնման ժամանակ
 առավելագույնը 3 վայրկյան:
 Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL
 իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք
 առնվազն 0.3 ~ 3 Ω : Հիմնային
 իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000:
 Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~
 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն
 առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր,
 մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր:
 Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր: Ասֆիքսիայի
 համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել,
 քան՝ 10–40 վայրկյան: Արյան ոչ
 ինվազիվ չափման մեթոդ՝
 օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն
 մանուալ, ավտոմատ և STAT
 չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ

					չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg: Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100 %: Լուծաչափություն առավելագույնը 1 %: Ճշտություն՝ 70 %-ից 100 %, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ակիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ECG մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ, SpO₂ սենսոր 1 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային
--	--	--	--	--	---

					մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի ակնհայտ ընդհանուր և մասնագիտական կազմը և արժանապատիվ տեղադրման, ծախսերի, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների հրահանագրքային համար: Բաղադրուցները պահպանվում են:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004-F4-EU-ZU-02F-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		սարքավորման տեղադրման, ծախսերի, տեխնիկական
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики и условия поставки
1	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հիվանդի մոնիտոր	հրահանագրքային համար: Բաղադրուցները պահպանվում են:
					մոնիտոր: Նախատեսված է հիվանդների համար՝ թերապևտիկ, վիրաբուժական, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում կիրառելու համար: Ունի առնվազն 12" գունավոր TFT կամ LCD էկրան, առնվազն 800x600 լուծաչափ: Ունի միացման/աշխատանքի ինդիկատոր, ազդանշանի ինդիկատոր, մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր: Առնվազն 3 աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման

հնարավորություն՝ ըստ
ազդանշանային վիճակի: AC մուտք՝
100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz: DC՝
ներկառուցված լիցքավորվող
լիթիումային կամ կիկել ջրածնային
մարտկոց: Մարտկոցի հզորություն
առնվազն՝ 11.1 V, 2000 mAh:
Լիարժեք լիցքավորումից հետո
առնվազն 4 աշխատանքային ժամ:
Մարտկոցի լիցքի նվազման
ազդանշանից հետո առնվազն 5
րոպե անխափան աշխատանքի
հնարավորություն: Թրենդ գրաֆիկի
աղյուսակի պահպանման
հնարավորություն առնվազն 7x24
ժամ: Արյան ճնշման (NIBP)
հիշողություն առնվազն 400
ցուցանիշ: Ալիքների վերանայման
հնարավորություն առնվազն 100
րոպե: Ազդանշանների վերանայում
առնվազն 100 դեպք: Դեղորայքի
կոնցենտրացիայի վերլուծություն: ST
հատվածի միջակայք՝ -2.0 mV ~ +2.0
mV, ճշտություն՝ 0.02 mV: Պոլսի
հաճախության միջակայքը
առնվազն՝ 20 ~ 300 bpm,
լուծաչափություն՝ ոչ ավել, քան՝ 1
bpm, ճշտություն՝ ± 3 bpm: ԷՍԳ
արտածումներն առվնազն 5 հատ

(RA, LA, LL, RL, V): Արտածումների ռեժիմներ՝ առնվազն՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Հզորացման գործակիցներ առնվազն՝ $\times 250$, $\times 500$, $\times 1000$, $\times 2000$:
 Չգայունություն առնվազն 200 μV (գազաթային արժեք):
 Դիմադրություն առավելագույնը $\gg 5 M\Omega$: Սրտի հաճախության միջակայք առնվազն 15–380 bpm: Ճշտություն $\pm 1\%$: Կարգաբերման ազդանշան՝ 1 mV ($\pm 5\%$): Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակ առավելագույնը 3 վայրկյան:
 Շնչառության չափման մեթոդ՝ RA-LL իմպեդանս: Իմպեդանսի միջակայք առնվազն 0.3 ~ 3 Ω : Հիմնային իմպեդանս առնվազն՝ 200 ~ 4000:
 Թողունակություն առնվազն՝ 0.1 ~ 2.5 Hz: Շնչառության հաճախություն առնվազն՝ մեծահասակ՝ 0 ~ 120 շ/ր, մանկական/նորածին՝ 0 ~ 150 շ/ր: Ճշտություն՝ ± 2 շ/ր: Ասֆիքսիայի համար ազդանշաններ՝ ոչ ավել, քան՝ 10–40 վայրկյան: Արյան ոչ ինվազիվ չափման մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ: Ունի առնվազն մանուալ, ավտոմատ և STAT չափման ռեժիմներ: Ավտոմատ

					չափման ինտերվալներ առնվազն՝ 1 ~ 480 րոպե: STAT չափում՝ ոչ ավել, քան՝ 5 րոպե: Չափման միջակայքներ առնվազն՝ մեծահասակ՝ SYS 40-270, DIA 10-215, MEAN 20-235 mmHg, մանկական՝ SYS 40-200, DIA 10-150, MEAN 20-165 mmHg, նորածնային՝ SYS 40-135, DIA 10-100, MEAN 20-110 mmHg: Ճնշման ճշտություն՝ ± 3 mmHg: Առավելագույն սխալ՝ ± 5 mmHg: Ճնշման պաշտպանություն՝ մեծահասակ՝ մինչև 300 mmHg, մանկական՝ մինչև 240 mmHg, նորածնային՝ մինչև 150 mmHg: SpO₂ չափման միջակայք՝ 0 ~ 100 %: Լուծաչափություն առավելագույնը 1 %: Ճշտություն՝ 70 %-ից 100 %, ոչ ավել քան 2 միավոր: Ջերմաստիճանի ակիքների քանակ առնվազն՝ 2: Չափման միջակայք՝ 0°C ~ 50°C: Լուծաչափություն՝ 0.1°C: Ճշտություն՝ $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (առանց սենսորի): Ունի առնվազն հետևյալ պարագաները՝ NIBP թևնոց 1 հատ և խողովակ 1 հատ , ECG մալուխ 1 հատ և էլեկտրոդներ, SpO₂ սենսոր 1 հատ, ջերմաչափի զոնդ 1 հատ, լիթիումային կամ նիկել ջրածնային
--	--	--	--	--	---

					մարտկոց 1 հատ, հոսանքի լար 1 հատ, օգտագործողի ձեռնարկ: Որակի վկայականներ առնվազն, CE, ISO13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	--	---