ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/82 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	WA00014A	Olympus	Բազմակի օգտագործման երկբևեռ (բիպոլյար) բարձր հաճախականության (ԲՀ) միացման մալուխ, որը նախատեսված է երկբևեռ ռեզեկտոսկոպի/երկբևեռ էլեկտրոդների և էլեկտրավիրաբուժական բարձր հաճախականության գեներատորի միջև հոսանքի փոխանցման համար՝ ֆիզիոլոգիական լուծույթի (0.9% NaCl) միջավայրում կատարվող ներմիզուկային ռեզեկցիայի (TURis/TURBT) և վապորիզացիայի ընթացակարգերի ժամանակ: Ապրանքը պետք է լիարժեք համատեղելի լինի պատվիրատուի մոտ առկա Olympus ESG-410 էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի հետ՝ ֆիզիոլոգիական լուծույթում աշխատանքի (SALINE/TURis) ռեժիմում, ինչպես նաև Պատվիրատուի մոտ առկա երկբևեռ ռեզեկտոսկոպիկ էլեկտրոդների հետ: Համարժեք ապրանք առաջարկելու դեպքում մասնակիցը պարտավոր է փաստաթղթային ապացույցներով հիմնավորել լիարժեք համատեղելիությունը: Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրողի բնօրինակ (օրիգինալ) փաթեթավորմամբ, առանց արտադրական թերությունների, և չպետք է լինի

			վերանորոգված, վերականգնված (refurbished) կամ երկրորդային շուկայից։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
10	-	-	-