ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	CellXpert® C170i with water and humidity monitoring package	Eppendorf	CellXpert® C170i	Eppendorf	1.Նախատեսված կաթնասունների բջիջների ռուտին կուլտիվացման համար: 2.Խցիկի օգտակար ծավալը` 170 լ: 3.Ինկուբատորը ապահովում է ջերմաստիճանի և $CO_2$-ի կառավարում խոնավացված մթնոլորտում: 4.Ջերմաստիճանային միջակայքը` շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան +4 °C-ից մինչև +50 °C: 5.Ջերմաստիճանի կարգավորման քայլը` 0.1 °C: 6.Ջերմաստիճանի կայունությունը 37 °C-ում ±0.1 °C: 7.Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը ±0.3 °C: 8.CO_2-ի կարգավորման

					միջակայքը 0.1–20 %։ 9.CO_2-ի կարգավորման քայլը 0.1 %։ 10.CO_2-ի կայունությունը 5 % CO_2-ի դեպքում ±0.1 %, իսկ ճշգրտությունը՝ ±0.3 %։ 11.CO_2-ի չափման համակարգը օգտագործում է երկալիքային ինֆրակարմիր (IR) սենսոր։ 12.Ինկուբատորը ունի 180 °C բարձր ջերմաստիճանային ախտահանման/դեկոնտամինացիայի համակարգ։ 13.Խցիկի կառուցվածքը ապահովում է միատարր կուլտիվացիոն պայմաններ, ցածր տուրբուլենտություն և հեշտ մաքրում. 14.Մատակարարման կազմում ներառված է ջրի և խոնավության մոնիթորինգի փաթեթը։ 15.Ինկուբատորը ունի 2 հասանելիության/service port արտաքին սենսորների կամ օգտագործողի սարքերի միացման համար։ 16.Ներկառուցված գազային ֆիլտրը 0.2 մկմ ծակոտկենություն։ 17.Մատակարարման կազմում ներառված են 4 դարակ, ամեն դարակը իր անհատական ապակյա դռով, յուրաքանչյուր դարակի թույլատրելի բեռնվածությունը 10 կգ։ 18.Էլեկտրասնուցումը՝ 220–240

					Վ, 50/60 Հց։ 19.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ●հիմնական սարքը, ●4 դարակ, ●4-սեգմենտանի ներքին դուռ, ●ջրի և խոնավության մոնիթորինգի փաթեթ, ●շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ստանդարտ պարագաները, ●շահագործման ձեռնարկը, ●տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը։ 20.O_2-ի կառավարումը առաջարկի մեծ ներառված չէ և չի ներառվում մատակարարվելիք պարագաների ցանկում։ 21.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ։ 22.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը։ 23.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս։ ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					