

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	CellXpert® C170i with Oxygen Control, water and humidity monitoring package	Eppendorf	CellXpert® C170i	Eppendorf	1.Նախատեսված կաթնասունների բջիջների կուլտիվացման համար, ներառյալ՝ թթվածնի նվազեցված պարունակությամբ պայմաններում աշխատանքը: 2.Խցիկի օգտակար ծավալը 170 լ: 3.Ինկուբատորը ապահովում է ջերմաստիճանի, CO ₂ -ի և O ₂ -ի կառավարում խոնավացված մթնոլորտում: 4.O ₂ -ի կարգավորումը իրականացվում է N ₂ գազի միացման միջոցով: 5.Ջերմաստիճանային միջակայքը շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան +4 °C-ից մինչև +50 °C: 6.Ջերմաստիճանի կարգավորման

					քայլը 0.1 °C: 7.Ջերմաստիճանի կայունությունը 37 °C-ում ± 0.1 °C, իսկ ճշգրտությունը՝ ± 0.4 °C: 8.CO₂-ի կարգավորման միջակայքը 0.1-20 %: 9.CO₂-ի կարգավորման քայլը 0.1 %: 10.CO₂-ի կայունությունը 5 % CO₂-ի դեպքում ± 0.1 %, իսկ ճշգրտությունը՝ ± 0.3 %: 11.CO₂-ի չափման համակարգը օգտագործում է երկալիքային ինֆրակարմիր (IR) սենսոր: 12.O₂-ի կարգավորման միջակայքը 1-20 %: 13.O₂-ի կարգավորման քայլը 0.1 %: 14.O₂-ի կայունությունը ± 0.1 %, իսկ ճշգրտությունը՝ ± 0.25 %: 15.O₂ սենսորը բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ կայուն է, պլատինապատ ZrO₂ հիմքով: 16.Ինկուբատորը է ունի 180 °C բարձր ջերմաստիճանային ախտահանման/դեկոնտամինացիայի համակարգ: 17.Խցիկի կառուցվածքը ապահովում է միատարր կուլտիվացիոն պայմաններ, ցածր տուրբուլենտություն և հեշտ մաքրում: 18.Մատակարարման կազմում ներառված է ջրի և խոնավության մոնիթորինգի
--	--	--	--	--	---

					փաթեթը: 19.Ինկուբատորը ունի 2 հասանելի միացման հնարավորություն / service port արտաքին սենսորների կամ օգտագործողի սարքերի միացման համար: 20.Ներկառուցված գազային ֆիլտրը ունի 0.2 մկմ ծակոտկենություն: 21.Մատակարարման կազմում ներառված է 4 դարակ, յուրաքանչյուր դարակն՝ անհատական ապակյա դռով, յուրաքանչյուր դարակի թույլատրելի բեռնվածությունը 10 կգ: 22.Ինկուբատորը հագեցած է CO₂ և N₂ գազերի միացման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր հանգույցներով և պարագաներով: 23.Էլեկտրասնուցումը 220-240 Վ, 50/60 Հց: 24.Մատակարարման կազմում ներառված են՝ ●հիմնական սարքը, ● 4 դարակ, ●4-սեգմենտանի ներքին դուռ, ●ջրի և խոնավության մոնիթորինգի փաթեթ, ●CO₂ և N₂ միացման պարագաների հավաքածու, ●շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ստանդարտ
--	--	--	--	--	--

				պարագաները, ●շահագործման ձեռնարկը, ●տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը: 25.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: 26.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը: 27.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: ապահովված է հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-ECXU7QF-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					