

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge	Biobase	BKC Customized special order	Biobase, Biovictor, CO., LTD	1.Սառեցվող բազմաֆունկցիոնալ լաբորատոր ցենտրիֆուգ: 2.Պտտման արագության միջակայքը 100–21,000 պտ/րոպե: 3.Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժը 31,308 ×g: 4.Ջերմաստիճանային միջակայքը -20 °C-ից մինչև +40 °C: 5.Ցենտրիֆուգը ապահովում է խցիկի և ռոտորի արագ նախնական սառեցում: 6.Ցենտրիֆուգը ապահովում է սահմանված ջերմաստիճանի պահպանում ցիկլի ավարտից հետո առնվազն 1 ժամ և ունի անընդհատ սառեցման

					ֆունկցիա: 7.Ցենտրիֆուգը ունի թվային կառավարում և էկրան՝ հիմնական աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար: 8.Ժամաչափը ապահովում է աշխատանք 1-ից 99 րոպե միջակայքում, ինչպես նաև անընդհատ աշխատանքի ռեժիմ: 9.Սարքը ապահովում է օգտատիրոջ ծրագրերի պահպանում կամ ռեժիմների արագ կանչի համարժեք ֆունկցիա: 10.Պետք նախատեսված է ռոտորի ավտոմատ ճանաչման, դիսբալանսի վերահսկման և օգտատիրոջ պաշտպանության ֆունկցիաների համար: 11.Ցենտրիֆուգի առավելագույն տարողունակությունը 4×500 մլ է: 12.Մատակարարման փաթեթում ներառված են լինելու ա. 1.5/2.0 մլ փորձանոթների համար, բ. 15 մլ և 50 մլ փորձանոթների համար ռոտորներ: 13.1.5/2.0 մլ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորը ֆիքսված անկյունով է, 24 փորձանոթ տարողությամբ: 14.15 մլ և 50 մլ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորը ապահովում
--	--	--	--	--	--

					Է կոնաձև փորձանոթների երկու ձևաչափերով աշխատանք՝ համապատասխան ադապտորների/բաքետների միջոցով: 15.Կոնաձև փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորային կոնֆիգուրացիայի տարողունակությունը 24 × 15 մլ և 6 × 50 մլ է: 16.Նշված ձևաչափերի հետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ադապտորները, ներդիրները, բաքետները և կափարիչները ներառված են լինելու մատակարարման փաթեթում: 17.Ռոտորները և պարագաները պետք է համատեղելի լինեն մատակարարվող ցենտրիֆուգի մոդելի հետ և նախատեսված լինեն նկարագրված աշխատանքային ռեժիմների համար: 18.Սարքը պետք է աշխատի 220-240 Վ, 50/60 Հց էլեկտրասնուցմամբ: 19.Մատակարարման կազմում պետք է ներառվեն՝ ●հիմնական սարքը, ●բոլոր նկարագրված ռոտորները, ●բոլոր անհրաժեշտ ադապտորները և կափարիչները, ●շահագործման ձեռնարկը,
--	--	--	--	--	--

				●տեխնիկական բնութագրերը և կոմպլեկտացիան հաստատող փաստաթղթերը: 20.Արտադրողը ունի ներդրված ISO 9001 որակի կառավարման համակարգ: ISO 14001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: 21.Առաջարկի մեջ ներառված են սարքավորման առաքումը, տեղադրումը, շահագործման հանձնումը, աշխատունակության ստուգումը/թեստավորումը: 22.Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: Պետք է ապահովվի հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F494-EU8U72F-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					