

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Headway	Headway	HCBT-01	Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co., Ltd.	Սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի հելիկոբակտեր պիլորի -ի ոչ ինվազիվ ախտորոշման համար՝ ¹³ C միզանյութային շնչային թեստի միջոցով: Համակարգը պետք է կիրառի ոչ դիսպերսիոն ինֆրակարմիր (NDIR) սպեկտրոսկոպիա կամ համարժեք տեխնոլոգիա՝ ¹³ CO ₂ / ¹² CO ₂ իզոտոպային հարաբերակցության որոշման և Delta Over Baseline (DOB, ‰) ցուցանիշի ավտոմատ հաշվարկման համար: Համակարգը չպետք է օգտագործի ռադիոակտիվ նյութեր կամ ճառագայթման

						աղբյուրներ: Համակարգը պետք է նախատեսված լինի մեծահասակների և մանկական տարիքի պացիենտների հետազոտման համար: Տեխնիկական պահանջներ Չափման սկզբունք՝ NDIR (Non-Dispersive Infrared) սպեկտրոսկոպիա կամ համարժեք տեխնոլոգիա: $^{13}\text{CO}_2$ և $^{12}\text{CO}_2$ գազերի միաժամանակյա չափում DOB (%) արժեքի ավտոմատ հաշվարկ: Միաժամանակ մշակվող նմուշների քանակ՝ առնվազն 6: Միաժամանակ իրականացվող ամբողջական հետազոտությունների քանակ՝ առնվազն 6 պացիենտ (նախնական և հետբեռնված նմուշներով): Նմուշների ավտոմատ վերլուծություն: Արդյունքների ավտոմատ ձևավորում: Չափման վերարտադրելիություն՝ ոչ ավելի, քան 0.3 (%): Չափման ճշգրտություն՝ ոչ ավելի, քան ± 0.3 (%): CO_2-ի չափման տիրույթ՝ առնվազն 1.0–6.0 %: Շնչային նմուշի պահանջվող ծավալ՝ » 120 մլ: Բարձր զգայունություն $^{13}\text{CO}_2$-ի ցածր կոնցենտրացիաների
--	--	--	--	--	--	--

					հայտնաբերման համար: Ավտոմատ գրոյական կալիբրացում և բազային շտկում: Ծրագրային ապահովման պահանջներ Ծրագրային ապահովումը պետք է ապահովի՝ Windows օպերացիոն համակարգի միջավայրում աշխատանք Ռուսերեն կամ անգլերեն օգտագործողի միջերես մեկ կոճակով թեստի գործարկում նմուշների ավտոմատ չափում DOB (%) ցուցանիշի ավտոմատ հաշվարկ արդյունքների ավտոմատ մեկնաբանում հետազոտության հաշվետվությունների ձևավորում պացիենտների տվյալների բազայի պահպանում, նախկին հետազոտությունների որոնում տվյալների ավտոմատ արխիվացում, օգտվողների մուտքի պաշտպանություն գաղտնաբառով, համակարգի ինքնաստուգում գործարկման պահին, սխալների և զգուշացումների ցուցադրում, արդյունքների արտահանում USB կրիչով, PDF և/կամ Excel ձևաչափերով արտահանում, ցանցային տպման ինսարավորություն,
--	--	--	--	--	--

					անհրաժեշտության դեպքում LIS/HIS համակարգերին միացման հնարավորություն: Համակարգի կազմ Մատակարարվող համակարգը պետք է ներառի՝ հիմնական անալիզատոր, առնվազն 6 նմուշի մուտք շնչային նմուշների միացման համակարգ, ինֆրակարմիր դետեկտոր, ներքին օդափոխության համակարգ, փոխարինվող ֆիլտր, USB ինտերֆեյս, լիցենզավորված ծրագրային ապահովում, օգտագործման հրահանգ (անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներով): Անվտանգության պահանջներ Համակարգը պետք է ապահովի՝ ավտոմատ ինքնաստուգում, գերտաքացումից պաշտպանություն, օդափոխության համակարգի վերահսկում, սխալների ահազանգման համակարգ, էլեկտրական անվտանգության պաշտպանություն, անվտանգ ավտոմատ անջատում: Պահպանման և տեղափոխման պայմաններ Պահպանման ջերմաստիճան՝ -10°C -ից մինչև $+60^{\circ}\text{C}$, հարաբերական
--	--	--	--	--	---

					խոնավություն՝ ոչ ավելի, քան 75%, տեղափոխում և պահպանում՝ առանց խտացման պայմաններում: Տեղադրում և շահագործման հանձնում Մատակարարը պարտավոր է ապահովել՝ սարքավորման տեղափոխումը, տեղադրումը, գործարկումը, ֆուկլիցիոնալ ստուգումը, անհրաժեշտ կարգաբերումը (կալիբրացման ստուգումը), շահագործման հանձնումը, տեխնիկական հատկությունները և արժեքը:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРР4-ЕУЗД 02F-26/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					
					Մատակարարը պարտավոր է կազմակերպել՝ օպերատորների ուսուցում, հիմնական տեխնիկական սպասարկման ուսուցում, շահագործման և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս: Երաշխիքային ժամանակահատվածում պետք է տրամադրվեն ծրագրային ապահովման թարմացումներ՝ դրանց առկայության դեպքում: Պետք է ապահովվի հեռավար և

					տեղում տեխնիկական աջակցություն: Որակի և համապատասխանության պահանջներ: Առաջարկվող սարքավորումը պետք է ունենա՝ Եվրոպական Միության CE (IVDR) կամ համարժեք համապատասխանության հավաստագիր, արտադրողի ISO 13485 որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր, օգտագործման հրահանգ, արտադրողի կողմից տրամադրված տեխնիկական փաստաթղթեր, արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները հաստատող փաստաթղթեր: Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---