ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՁԻ ՍՊԸ-ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	կարաթել ՊԴՕ (0 ծակող 37մմ)	կարաթել ՊԴՕ (0 ծակող 37մմ)	կարաթել ՊԴՕ (0 ծակող 37մմ)	Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ուկրաինա, Բելոռուս	"Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Թելը օժտված է

					անտիսեպտիկ հատկություններով, որպեսզի կանխի ինֆեկցիայի զարգացումը վիրաբուժական միջամտության շրջանում: Մետրիկ չափը 4 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 75սմ, N12: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 37մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը

					պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					