

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ	Արիեստական շնչառության ապարատ Սարքավորումն պետք է ունենա՝ առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ծավալի ռեժիմ (A/C-V), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ճնշման ռեժիմ (A/C-P), • Օժանդակ/Կանխարգելիչ ռեժիմ (A/C+SIGH), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ծավալի ռեժիմ (SIMV- V), • Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր շնչառության ճնշման ռեժիմ (SIMV-P), •

Ինքնաբուլիս/ճնշման աջակցման
 ռեժիմ (SPONT/PSV), • Շնչողիների
 շարունակական դրական ճնշման
 ռեժիմ (CPAP), • Ձեռքով
 շնչառության ռեժիմ:
 Սարքավորումն պետք է ունենա
 հետևյալ ցուցանիշները` •
 Շնչառական ծավալ` 0-ից մինչև
 առնվազն 2000 մլ, • Շնչառության
 հաճախականություն` • 1-ից մինչև
 առնվազն 120 շնչառություն
 րոպեում A/C ռեժիմում; • 1-ից մինչև
 առնվազն 40 շնչառություն րոպեում
 SIMV ռեժիմում: • I:E
 հարաբերակցություն` 4:1-ից մինչև
 1:10, FiO₂` նվազագույնը 40%-ից
 մինչև 100% անընդհատ
 կարգավորելի, • Ճնշման
 ակտիվացուցիչի զգայունություն
 (Psens)` առավելագույնը -20 կՊա-ից
 մինչև 0, • Հոսքի ակտիվացման
 զգայունություն (Vsens)` ոչ ավել 2
 լ/րոպեից մինչև ոչ պակաս 30
 լ/րոպե, • PEEP 0-ից մինչև ոչ պակաս
 20 սմ H₂O, բայց ոչ ավել 30 սմ H₂O, •
 Ճնշման աջակցություն (Psupp): 0-ից
 մինչև ոչ պակաս 50 սմ H₂O:
 Սարքավորումն պետք է առկա լինեն
 մոնիտորինգի առնվազն հետևյալ

ցուցանիշները՝ • Շնչուղիների
 առավելագույն ճնշումը (Ppeak), •
 PEEP՝ վերահսկվում և ցուցադրվում
 է, • Շնչառական ծավալ (VT), •
 Ընդհանուր շնչառական
 հաճախականությունը (Ftotal), •
 Րոպեական ծավալ (MV)՝
 ցուցադրվում է լիտրերով, • FiO₂
 (մատակարարված թթվածնի
 կոնցենտրացիա)՝ վերահսկվում և
 ցուցադրվում է, • I:E
 հարաբերակցությունը՝
 վերահսկվում և ցուցադրվում է:
 Սարքը պետք է ցուցադրի առնվազն՝
 իրական ժամանակի ալիքներ,
 ներառյալ ճնշում-ժամանակ (Paw-t)
 և հոսք-ժամանակ (Flow-t) կորերը,
 որոնք կարող են ընտրվել բլոկային
 կամ գծային ցուցադրման ոճով:
 Սարքումը պետք է առկա լինի
 ահազանգման ցուցանիշների
 առնվազն հետևյալ ռեժիմներ՝ •
 Շնչուղիների բարձր ճնշում, •
 Շնչուղիների ցածր ճնշում, •
 Շարունակական բարձր ճնշում (CP
 բարձր), • Րոպեական բարձր ծավալ
 (MV բարձր), • Րոպեական ցածր
 ծավալ, շնչառական ծավալ չկա (VT
 չկա), • Ապնոե՝ տազնապը

ակտիվանում է՝ առավելագույնը
 12-18 վայրկյանի ընթացքում, • FiO_2
 բարձր, FiO_2 ցածր, • Գազի
 մատակարարման խափանում՝
 ակտիվանում է, երբ
 մատակարարման ճնշումը իջնում է՝
 առավելագույնը 0.25 ՄՊա-ից ցածր,
 • Թթվածնի անբավարարություն, •
 Մարտկոցի ցածր լիցքի, •
 AC/արտաքին հոսանքի անջատում,
 • O_2 սենսորի անբավարարություն:
 Սարքը պետք է ապահովի թթվածնի
 հոսք 0.25-0.6MPa: Հոսանքի
 սնուցումը 100 Վ-ից մինչև 240 Վ,
 50/60 Հց, ≤ 65 ՎԱ: Սարքը պետք է
 ունենա՝ առնվազն 5 դյույմանոց LCD
 գունավոր սենսորային էկրան:
 Անվտանգության առավելագույն
 ճնշում՝ 8 կՊա: Համակարգի
 համապատասխանություն՝
 առավելագույնը 4 մլ/100 Պա:
 Ներկառուցված մարտկոցը պետք է
 ապահովի անընդհատ աշխատանք
 առնվազն 4.5 ժամ: Սարքը պետք է
 ունենա ճմշման ու ծավալի
 կառավարման ռեժիմներ, ինվազիվ
 և ոչ ինվազիվ շնչառության
 հնարավորություն, SPONT/PSV և
 CPAP ռեժիմներ: Պետք է ունենա՝

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		առնվազն IPX4 ջրակայունության պաշտպանության մակարդակ: Սարքը պետք է լինի կիրառելի հիվանդներին տեղափոխության ընթացքում, անհետաձգելի բուժօգնության մեքենաներում: Պետք է ունենա՝ առնվազն հոսանքի սնուցման հետևյալ աղբյուրները՝ • Լեռնաստորցված մատուցող • A/C < < 220V-10A 50Hz 2026/38 և 2026/38 ստանդարտի համապատասխան power adapter, • Շտապ բուժօգնության մեքենայի D/C սնուցում: Լրացուցիչ մեք. պետք է առնա լինեն տեխնիկական հատկություններ առնվազն՝ թթվածնային բալոն /իր լրակազմով/, թթվածնի տվիչ,
МЕТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					
					պայուսակ նախատեսված տվյալ սարքը, բալոնը և արքեսուարները հարմարավետ և անվտանգ տեղափոխման համար: Ամբողջական սարքի և արքեսուարների ամբողջական քաշը ոչ ավել քան 8,5 կիլոգրամից: Սարքը պետք է համապատասխանում է EN1789 ստանդարտի պահանջներին: Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007+A1:2012, IEC 60601-1-8: 2006 +Am.1:2012, EN

					794-3:1998+A2:2009, IEC 62304:2006+A1:2015, IEC 60601-1-2:2014: Սերտեֆիկատներ՝ ISO, CE կամ համարժեք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---