

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օշլովայի աղյուսակները միաժամանակ: Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով: Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան

				250 լյուքս: Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի: Ստուգումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Հավաքածու և պարագաներ լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АВА КА ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-68/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլիմայական, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օշլովայի աղյուսակները միաժամանակ: Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով: Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում ոչ պակաս քան

				250 լյուքս: Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարությունն չպետք է նկատելի լինի: Ստուգումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Հավաքածու և պարագաներ լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս:
--	--	--	--	---