

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմդեմանդ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/102 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Biotronik AG	3HF-T, 5HF-T	Rivacor, Intica Neo	Բիոտրոնիկ	Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորի տիպը IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Մեկ սրտային ցիկլի ժամանակ բազմակի իմպուլսներով ծախ փորոքի խթանման հնարավորություն: Պետք է ունենա Էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ:

					Աշխատանքի ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսենկտորի տիպը IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Մեկ սրտային ցիկլի ժամանակ բազմակի իմպուլսներով
--	--	--	--	--	--

				ծախ փորոքի խթանման հնարավորություն: Պետք է ունենա Էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T ատամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային Էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային Էլեկտրոդ, ծախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ Էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Армдеманд ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXCTQF-26/102 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					