ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hermle	Hermle	Z206A	Hermle	Կափարիչի էլեկտրական կողպման համակարգ։ Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերման և անվտանգության անջատման համակարգ։ Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույն արագության դեպքում ≤ 60 dB։ Ռոտորների արագ և հեշտ փոխարինման հնարավորություն։ Հեշտ և հարմար ծրագրավորում։ Նրբաթիթեղ (մեմբրանային) ստեղնաշար։ Ծրագրավորված և ընթացիկ արժեքների շարունակական ցուցադրում։ Արագության ցուցադրում և

					ընտրություն՝ պտույտ/րոպե (rpm) և հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF, g-force) միավորներով։ Առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 6000 պտույտ/րոպե (rpm)։ Արագության կարգավորման միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 200–6000 պտույտ/րոպե (rpm)։ Առավելագույն տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 6 × 50 մլ, Falcon փորձանոթների օգտագործման հնարավորությամբ։ Ժամանակաչափ՝ 99 ժամ 59 րոպե, 1 րոպե կարգավորման քայլով։ Օդափոխության համակարգ՝ նմուշների հովացման ապահովմամբ։ Լրակազմը Ցենտրիֆուգ։ Անկյունային ռոտոր 12 × 15 մլ Ադաբտորներ 6 × 7 մլ և 6 × 5 մլ փորձանոթների համար։ Էլեկտրասնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz։ CE և IVD համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 12 ամիս։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hermle	Hermle	Z206A	Hermle	Կափարիչի էլեկտրական կողպման համակարգ։ Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերման և անվտանգության անջատման համակարգ։ Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույն արագության դեպքում ≤ 60 dB։ Ռոտորների արագ և հեշտ փոխարինման հնարավորություն։ Հեշտ և հարմար ծրագրավորում։ Նրբաթիթեղ (մեմբրանային) ստեղնաշար։ Ծրագրավորված և ընթացիկ արժեքների շարունակական ցուցադրում։ Արագության ցուցադրում և

					ընտրություն՝ պտույտ/րոպե (rpm) և հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF, g-force) միավորներով։ Առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 6000 պտույտ/րոպե (rpm)։ Արագության կարգավորման միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 200–6000 պտույտ/րոպե (rpm)։ Առավելագույն տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 6 × 50 մլ, Falcon փորձանոթների օգտագործման հնարավորությամբ։ Ժամանակաչափ՝ 99 ժամ 59 րոպե, 1 րոպե կարգավորման քայլով։ Օդափոխության համակարգ՝ նմուշների հովացման ապահովմամբ։ Լրակազմը Ցենտրիֆուգ։ Անկյունային ռոտոր 12 × 15 մլ Ադաբտորներ 6 × 7 մլ և 6 × 5 մլ փորձանոթների համար։ Էլեկտրասնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz։ CE և IVD համապատասխանության հավաստագրերի առկայություն Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 12 ամիս։