

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Biosan կամ DLAB Scientific	Biosan CO-71. կամ DLAB Tube Roller RM30-Pro	CO-71 կամ RM30-Pro	Biosan կամ DLAB Scientific	Սարքի անվանումը Լաբորատոր գլանային խառնիչ Կիրառման նշանակություն Արյան նմուշների, ռեագենտների, հեղուկ-պինդ կախույթների և այլ լաբորատոր նմուշների համասեռ խառնում Աշխատանքի սկզբունք Գլանային պտտում (Roll) և ճոճում (Swing) Գլանների քանակ ≥ 7 հատ Շարժիչ Բարձր արդյունավետության DC շարժիչ Պտտման արագություն 20-100 պտ/րոպե Ճոճման ամպլիտուդ 22 ± 1 մմ Արագության կարգավորում Թվային, կարգավորվող Արագության

					ցուցադրում LED թվային էկրան Ժամանակի ցուցադրում LED թվային էկրան Աշխատանքի ռեժիմներ Շարունակական և ժամանակային (Timing) ժամանակի կարգավորման միջակայք 0-999 րոպե Արագության/ժամանակի կառավարում Թվային կառավարում՝ ճշգրիտ կարգավորմամբ Գլանների աշխատանքային երկարություն ≥ 236 մմ, հնարավոր է երկարության ընդլայնում ըստ պահանջի Նմուշների տարաների համատեղելիություն Տարբեր չափերի փորձանոթների և նմուշային տարաների համար Առավելագույն բեռնվածություն ≥ 1.5 կգ Սնուցման լարում AC 100-240 V Հաճախականություն 50/60 Hz Սպառվող հզորություն ≤ 10 W Պաշտպանության դաս IP21 Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն $\leq 80\%$ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան 5-50°C Չափերը (L x Խ x Բ) Մոտ 410 x 270 x 100 մմ Չանգված ≤ 4.5 կգ Կառուցվածք Կոմպակտ, սեղանի վրա տեղադրվող Աշխատանքի կայունություն Ցածր աղմուկով,
--	--	--	--	--	--

				կայուն աշխատանք Լարման տատանումներից պաշտպանություն Լայն լարման սնուցման համակարգ Կառավարման վահանակ Թվային կառավարման վահանակ՝ LED ցուցադրմամբ Երաշխիք ≥ 12 ամիս Կոմպլեկտավորում Սարք, ստանդարտ գլանային աշխատանքային համակարգ, սնուցման մալուխ, օգտագործման հրահանգ Համապատասխանության փաստաթղթեր Արտադրողի համապատասխանության փաստաթուղթ, տեխնիկական փաստաթղթեր և օգտագործման հրահանգ Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Հաղթող մասնակիցը պետք է ուենա ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					