

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՅՄՕ կամ Liston	10 ՄՕ կամ Liston	10 ՄՕ լամ A 1020	AO «ՅՄՕ» կամ Liston	Դիստիլացիայի տեսակը Միակի դիստիլացիա Արտադրողականություն ≥ 10 լ/ժամ Դիստիլատի որակ Դիստիլացված ջուր՝ հաղորդականությամբ ≤ 2.5 $\mu S/cm$ ՝ համապատասխան մուտքային ջրի պայմաններում Ներկառուցված կուտակիչ բաքի տարողություն ≥ 20 և Կուտակիչ բաքի աշխատանքի ինքնավարություն ≥ 2 ժամ Ջրի սպառում ≤ 150 լ/ժամ Ջրի օպտիմալ սպառում Ցանկալի է՝ մոտ 100 լ/ժամ Կառավարման համակարգ Ավտոմատ Էլեկտրոնային

						կառավարում Ջրի մակարդակի կառավարում Գոլորշիացման խցիկում ջրի մակարդակի ավտոմատ պահպանում Լցված բաքի դեպքում աշխատանք Բաքի լցվելու դեպքում սարքի ավտոմատ անջատում Դիստիլյատի մակարդակի վերահսկում Կուտակիչ բաքում դիստիլյատի մակարդակի տեսողական վերահսկման հնարավորություն Ավտոմատ վերագործարկում Դիստիլյատի հեռացումից հետո աշխատանքի ավտոմատ վերականգնում Գերտաքացումից պաշտպանություն Ձեռուցիչների ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և ջրի անբավարար մակարդակից Հոսակորուստից պաշտպանություն Էլեկտրոնային պաշտպանություն ջրի հոսակորուստից Ձեռուցիչ Չժանգոտվող պողպատից խողովակային Էլեկտրական ջեռուցիչ Ջրի և գոլորշու հետ շփվող մասերի Նյութ Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ Կորպուսի Նյութ Չժանգոտվող պողպատ Գոլորշիացման խցիկի սպասարկում Կուտակված նստվածքների
--	--	--	--	--	--	--

					մաքրման համար հեշտ հասանելիություն Կոնդենսատոր Փոխարինելի և սպասարկման համար հասանելի կառուցվածք Աշխատանքային ռեժիմի հասնելու Ժամանակ ≤ 30 րոպե Շարունակական աշխատանքի ռեժիմ ≥ 8 ժամ աշխատանք / 2 ժամ ընդմիջում Միջին անխափան աշխատանքի ժամանակ ≥ 3500 Ժամ Սնուցման լարում $380 \text{ V} \pm 10\%$ Հաճախականություն 50 Hz Էլեկտրական միացման տեսակը Եռաֆազ Առավելագույն սպառվող հզորություն ≤ 7.5 կՎտ Չափերը (L x W x H) Մոտ $890 \times 470 \times 550$ մմ Չանգված ≤ 45 կգ Սարքի կառուցվածք Մոնոբլոկ՝ սարքի կորպուսի մեջ ներկառուցված կուտակիչ բաքով Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը Սարքի արտադրողի կողմից սահմանված պայմաններին համապատասխան Կիրառման ոլորտ Կլիմայական, քիմիական, մանրէաբանական, անալիտիկ և հետազոտական լաբորատորիաներ Կոմպլեկտավորում Սարք, ջրի մուտքի և արտահոսքի միացման
--	--	--	--	--	---

					անհրաժեշտ պարագաներ, օգտագործման հրահանգ և արտադրողի ստանդարտ կոմպլեկտ Երաշխիք ≥ 12 ամիս Սպասարկում Երաշխիքային և հետերաշխիքային տեխնիկական սպասարկման հնարավորություն Փաստաթղթեր Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթեր, օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության փաստաթուղթ և երաշխիքային փաստաթուղթ Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ունենա գրանցում ԵԱՏՄ երկրում, որպես բժշկական արտադրատեսակ: ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					