

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	KBSR 400V Laborator Refrigerator	KBSR 400V	KBSR 400V	KBSR 400V Laborator Refrigerator	"Լաբորատոր սառնարանը նախատեսված է պատվաստանյութերի, դեղագործական պատրաստուկների, բակտերիալ կուլտուրաների և լաբորատոր նմուշների պահպանման համար լաբորատորիաներում, բուժհաստատություններում, գիտահետազոտական կենտրոններում և դեղատներում: Սարքավորումը նոր է, նախկինում չօգտագործված, սերիական արտադրության և ապահովում է սահմանված ջերմաստիճանի կայուն

					պահպանում շահագործման ամբողջ ընթացքում: Սառնարանի օգտակար ծավալը՝ 310 լիտր, իսկ ընդհանուր ծավալը՝ 380 լիտր: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 0 °C-ից մինչև +8 °C, իսկ գործարանային սահմանված ջերմաստիճանը՝ +5 °C: Ջերմաստիճանի հավասարաչափ բաշխումը խցիկի ամբողջ ծավալում՝ ± 3 °C, իսկ ջերմաստիճանի կայունությունը՝ ± 1 °C: Սարքավորումը ապահովում է կայուն աշխատանք շրջակա միջավայրի +10 °C-ից մինչև +32 °C ջերմաստիճանի և մինչև 65 % հարաբերական խոնավության պայմաններում: Աղմուկի մակարդակը՝ 42 դԲ(A): Սնուցումը իրականացվում է 230 Վ ± 10 %, 50 Հց էլեկտրական ցանցից: Սպառվող հզորությունը՝ 320 Վտ, իսկ օրական էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 3.5 կՎտ·ժ/24 ժամ: Սարքավորման արտաքին կորպուսը պատրաստված է հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ ցինկապատ պողպատից՝ PVC ծածկույթով, իսկ ներքին խցիկը՝ հարվածադիմացկուն ջերմաձևավորված ABS պլաստիկից:
--	--	--	--	--	--

						Ներքին և արտաքին անկյունները կլորացված են՝ հեշտ և արդյունավետ ախտահանման ու մաքրման նպատակով: Ձերմամեկուսացումը իրականացված է բարձր խտության, CFC չպարունակող պոլիուրեթանային (PUR) փրփուրով՝ 45 մմ հաստությամբ: Դուռը՝ երկշերտ ապակեպատ, ինքնափակվող մեխանիզմով, ներկառուցված բռնակով և ամբողջ պարագծով տեղադրված մագնիսական սիլիկոնե խցանմամբ: Ներքին լուսավորությունը՝ LED, որն ավտոմատ միանում է դուռը բացելիս: Սառնարանը համալրված է 4 բարձրությամբ կարգավորվող մետաղական դարակներով, որոնք ունեն PVC ծածկույթ և յուրաքանչյուրը դիմանում է 35 կգ բեռնվածության: Համալրման մեջ ներառված են նաև դռան փական և 2 կարգավորվող առջևի հենակներ: Սառեցման համակարգը դինամիկ է՝ օդի հարկադիր շրջանառությամբ, ապահովելով ջերմաստիճանի հավասարաչափ բաշխում ամբողջ խցիկում: Դուռը բացելիս
--	--	--	--	--	--	---

					գոլորշացուցիչի օդափոխիչը ավտոմատ անջատվում է: Կոմպրեսորը ամբողջությամբ հերմետիկ է: Որպես սառնագեն օգտագործվում է էկոլոգիապես անվտանգ R290, որը չի պարունակում CFC և HCFC նյութեր: Հալեցման համակարգը ամբողջությամբ ավտոմատ է՝ կոնդենսատի ավտոմատ գոլորշիացմամբ՝ առանց օգտագործողի միջամտության: Սարքավորման կառավարումը իրականացվում է միկրոպրոցեսորային կարգավորիչի միջոցով: Սարքը ունի թվային LED ցուցադրիչ՝ ջերմաստիճանի կարգավորման 0.1 °C քայլով: Ջերմաստիճանի վերահսկումը իրականացվում է NTC ջերմաստիճանային տվիչի միջոցով: Սարքավորումը ունի օգտվողի կարգավորումների գաղտնաբառային պաշտպանություն: Ցուցադրիչի վրա արտացոլվում են ընթացիկ ջերմաստիճանը, սահմանված ջերմաստիճանը, ֆունկցիոնալ ցուցիչները և վթարային
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ազդանշանների ցուցադրումը: Սառնարանը ունի Volt-Free Contacts (չլարվող կոնտակտներ)՝ հեռահար մոնիթորինգի համակարգին միացման համար: Տագնապային համակարգը ապահովում է ձայնային և տեսողական ազդանշան դռան բաց լինելու, սահմանված առավելագույն կամ նվազագույն ջերմաստիճանի գերազանցման, ինչպես նաև ջերմաստիճանային տվյալի խախտման ռեպորտ:
Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/74	ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:				տեխնիկական հատկանիշները: Ջերմաստիճանային տագնապների սահմանային արժեքները և դռան բաց լինելու տագնապի ակտիվացման ուշացման ժամանակը կարգավորվում են օգտագործողի կողմից:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Մատակարարվող սարքավորումը ունի CE մակնշում և ուղեկցվում է Եվրոպական միության համապատասխանության հայտարարագրով (EU Declaration of Conformity): Սարքավորումը համապատասխանում է 2014/35/EU (Low Voltage Directive) և 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive) Եվրոպական դիրեկտիվների պահանջներին,
2					

					ինչպես նաև EN/IEC 61010-1 («Լաբորատոր Էլեկտրական սարքավորումների անվտանգության պահանջներ») և EN/IEC 61326-1 («Լաբորատոր սարքավորումների Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ») միջազգային ստանդարտներին: Արտադրողը ունի ISO 9001:2015 որակի կառավարման համակարգի գործող սերտիֆիկատ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Մատակարարը պարտավոր է սարքավորումը մատակարարել ամբողջական գործարանային համալրմամբ, տրամադրել շահագործման ձեռնարկը, սարքի անձնագիրը, երաշխիքային փաստաթղթերը և բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են սարքավորման համապատասխանությունը հայտարարված տեխնիկական բնութագրերին և անվտանգության պահանջներին: Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ քաղաք Գյումրի Գարեգին Նժդեհի 3/3 հասցեով, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, մինչև ժամը
--	--	--	--	--	--

