

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չիմմերեդ (ZMD)	Բազուկոսկրի մեխ	Բազուկոսկրի մեխ	Չիմմերեդ (ZMD)	- Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, համատեղելի է 3,1մմ արգելափակող պտուտակների հետ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի համաճուլվածք: - Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ

					հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, համատեղելի է 3,1մմ արգելափակող պտուտակների հատ, պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք: • Բազկի արգելափակվող ռեկոնստրուկտիվ ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, դիաֆիզար հատվածում երկու, իսկ դիստալ հատվածում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են. կարճ տարբերակի համար՝ 160մմ, 180մմ, երկար տարբերակի համար՝ 195մմ-ից 285մմ, քայլը 15մմ, մեխերի տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ պատրաստման նյութը՝ տիտանի համաձուլվածք, մեխը պրոքսիմալ հատվածում համատեղելի է 4,5մմ և 3,5մմ արգելափակող պտուտակների հետ,
--	--	--	--	--	---

				դիստալ հատվածում՝ 4,0մմ պտուտակների հետ: Պարտադիր պայման է ISO13485 որակի վկայականի առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում՝ տրամադրելով իմպլանտների ողջ շարքը և տեղադրման գործիքները
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-0000000000-26/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					