ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	վիրաբուժական լույսեր HyLed Q6/Q6	վիրաբուժական լույսեր HyLed Q6/Q6	HyLed Q6/Q6	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Վիրաբուժական լուսավորման համակարգը նախատեսված է վիրահատարաններում վիրահատական դաշտի ստվերազուրկ, համասեռ և կայուն լուսավորման համար: Համակարգն ապահովում է լուսային դաշտի օպտիկական հատկությունների պահպանումը նաև այն դեպքերում, երբ լուսային ճառագայթը մասնակիորեն արգելափակվում է վիրաբույժի գլխով կամ վիրաբուժական գործիքներով: Համակարգը առաստաղից կախվող է և կազմված է երկու նույնատիպ

						LED վիրաբուժական լուսագլխիկներից՝ հիմնական և օժանդակ: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ ապահովում է միևնույն օպտիկական և ֆունկցիոնալ ցուցանիշները: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի լույսի աղբյուրը LED տեսակի է և բաղկացած է 24 առանձին լուսադիոդներից: Լուսագլխիկն ունի եռաթև կամ «Y» ձևի հոսքագծված կառուցվածք՝ լամինար օդային հոսքի խանգարումն ու տուրբուլենտությունը նվազեցնելու համար: Լուսագլխիկն ունի ամբողջական, ինտեգրված և հարթ արտաքին կառուցվածք՝ առանց տեսանելի պտուտակների և դժվարամատչելի մաքրման հատվածների: Լուսագլխիկի մակերեսն ունի հակամանրէային ծածկույթ: Ծածկույթի հակամանրէային ակտիվության մակարդակը Escherichia coli և Staphylococcus aureus մանրէների նկատմամբ կազմում է 99.9%: Լուսավորման համակարգը կիրառում է բազմակի լուսային բծերի համադրման տեխնոլոգիա:

						Լուսային ճառագայթի մասնակի արգելափակման դեպքում լուսային դաշտի ձևը էականորեն չի փոխվում, և լուսային դաշտում տեղային մութ հատվածներ չեն առաջանում: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի առավելագույն կենտրոնական լուսավորվածությունը 1 մետր հեռավորության վրա կազմում է 160,000 լյուքս: Լուսավորվածությունը կարգավորվում է 20–100% միջակայքում՝ 10 մակարդակով: Լուսավորվածության փոփոխությունն իրականացվում է ծրագրային կառավարմամբ, սահուն կերպով՝ առանց լուսային թարթման կամ լուսավորվածության կտրուկ փոփոխության: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ ունի կառավարման առանձին վահանակ՝ լուսավորվածության մակարդակի և նախատեսված աշխատանքային ռեժիմների կարգավորման համար: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկ ունի հանվող և ստերիլիզացվող կենտրոնական ֆունկցիոնալ բռնակ: Բռնակից հնարավոր է անմիջապես

						կարգավորել լուսավորվածությունը՝ առանց կառավարման վահանակից լրացուցիչ կարգաբերման անհրաժեշտության: Ստերիլիզացվող բռնակը պատրաստված է PPSU ջերմակայուն նյութից և նախատեսված է 1,000 ստերիլիզացման ցիկլի համար: D10 լուսային դաշտի տրամագիծը կարգավորվում է 170–250 մմ միջակայքում՝ 5 մակարդակով: D50 լուսային դաշտի տրամագիծը կազմում է 85 մմ: Լուսային դաշտի համասեռությունը բնութագրող D50/D10 հարաբերակցությունը կազմում է 50%: Գունային ջերմաստիճանը հասանելի է երկու տարբերակով՝ 4,350 K կամ 5,000 K: Անհրաժեշտ գունային ջերմաստիճանն ընտրվում է սարքի կոնֆիգուրացիայի ժամանակ: Ընդհանուր գունարտադրման ինդեքսը՝ Ra, կազմում է 99: Կարմիր գույնի գունարտադրման ինդեքսը՝ R9, կազմում է 97 Լուսավորման խորությունը՝ չափված L1+L2 մեթոդով, 20% լուսավորվածության մակարդակում կազմում է 1,400 մմ: Լուսավորման խորությունը՝ չափված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					L1+L2 մեթոդով, 60% լուսավորվածության մակարդակում կազմում է 900 մմ: Մեկ կողային դիմակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը կազմում է 60%: Մեկ կողային դիմակի և խոռոչի համակցման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը կազմում է 55%: Երկու դիմակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը կազմում է 50%: Երկու դիմակի և խոռոչի համակցման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը կազմում է 50%: Խողովակի կիրառման դեպքում ստվերի նոսրացման ցուցանիշը կազմում է 100%: Համակարգն ունի էնդոսկոպիկ և/կամ շրջակա լուսավորման հատուկ ռեժիմ՝ 8,000 լյուքս լուսավորվածությամբ: Առավելագույն ճառագայթումը 1 մետր հեռավորության վրա կազմում է 530 W/m²: Ճառագայթային էներգիայի և լուսավորվածության հարաբերակցությունը կազմում է 3.5 mW/(m²·lx): LED լույսի աղբյուրների ծառայության ժամկետը կազմում է80,000 ժամ: Յուրաքանչյուր

						լուսագլխիկի լույսի աղբյուրների էներգասպառումըկազմում է 45 W: Երկլուսագլխիկ համակարգի ընդհանուր անվանական սպառումը կազմում է 144 VA: Հոսանքի սնուցումը՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz: LED լուսադիոդների սնուցման լարումը՝ 24 V DC: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի պատյանի պաշտպանությունը հեղուկների վնասակար ներթափանցումից՝ IPX4՝ IEC 60529: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի առավելագույն արտաքին չափը՝ 600 մմ: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի զանգվածը կազմում է 7 կգ: Երկու լուսագլխիկները միմյանցից անկախ տեղաշարժվում և դիրքավորվում են: Յուրաքանչյուր լուսագլխիկի կախոցային թևը ապահովում է մոտ 330° պտույտ: Ձսպանակավոր թևի ուղղահայաց շարժման անկյունը կազմում է 35° դեպի վեր և կազմում է 35° դեպի վար: Ձսպանակավոր թևի շարժման ընդհանուր միջակայքը կազմում է 1,000 մմ: Համակարգը հարմարեցված է առաստաղային տեղադրման համար: Երկլուսագլխիկ

						տարբերակի տեղադրման համար դեկորատիվ առաստաղից մինչև հատակ պահանջվող նվազագույն բարձրությունը կազմում է 2,500 մմ: Սարքը համապատասխանում է ԵՄ բժշկական սարքերի MDR 2017/745 կանոնակարգի պահանջներին և ունի համապատասխանության հայտարարագիր: Սարքը համապատասխանում է EN IEC 60601-2-41:2021, EN 60601-1, EN 60601-1-2, ISO 14971:2019, ISO 15223-1:2021 և ISO 20417:2021 ստանդարտներին: Մատակարարվող կոմպլեկտը ներառում է երկու նույնատիպ LED վիրաբուժական լուսագլխիկ, երկլուսագլխիկ առաստաղային կախոցային համակարգ, յուրաքանչյուր լուսագլխիկի համար ստերիլիզացվող բռնակների անհրաժեշտ հավաքածու, սնուցման հանգույցներ և տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր գործարանային բաղադրիչները: Սարքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ: Մատակարարը ապահովում է

					սարքի առաքումը, մասնագիտական մոնտաժը, գործարկումը, աշխատունակության ստուգումը և շահագործող անձնակազմի տեղում ուսուցումը: Սարքի հետ տրամադրվում են օգտագործման հրահանգները և տեխնիկական փաստաթղթերը: Երաշխիքային ժամկետը կազմում է 24 ամիս՝ սարքի տեղադրման և պատվիրատուի կողմից ընդունման օրվանից: