

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այ-Սոլուշն ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	-	-	-	Կարգավորվող լապարոտոմիկ ռետրակտոր համակարգ, նախատեսված է որովայնային խոռոչի վիրահատությունների ընթացքում վիրահատական դաշտի հուսալի ապահովման, հյուսվածքների և օրգանների ֆիքսման ու կարգավորվող լայնացման համար: Տեխնիկական նկարագրություն և լրակազմի բաղադրիչներ՝ Բժշկական համակարգը պետք է լինի լրակազմով (1 լրակազմը ներառում է ոչ պակաս, քան 16 բաղադրիչ/կտոր): Համակարգի

					բաղադրիչները պետք է համապատասխանեն հետևյալ տեխնիկական չափսերին (թույլատրելի շեղումը՝ $\pm 5\%$): Աղեղնաձև շրջանակներ (ծախ և աջ)՝ չափսերը՝ (370-410) մմ x (350-390) մմ x (38-42) մմ, քանակը լրակազմում՝ առնվազն 4 հատ (2 ծախ, 2 աջ): Ուղղահայաց սյուներ (ծախ և աջ)՝ չափսերը՝ (55-65) մմ x (38-42) մմ x (530-590) մմ, քանակը լրակազմում՝ առնվազն 4 հատ (2 ծախ, 2 աջ): Ֆիքսող/արգելափակող հանգույց՝ չափսերը՝ (160-180) մմ x (90-100) մմ x (45-55) մմ, քանակը լրակազմում՝ առնվազն 2 հատ: Լայնացնող կեռիկներ՝ տարբեր չափսերի լայնացման հնարավորությամբ (մոտավորապես 40 մմ, 50 մմ և 60 մմ կամ դրանց համարժեք չափսերի միջակայքով), քանակը լրակազմում՝ առնվազն 6 հատ (յուրաքանչյուր չափսից 2-ական հատ): Պետք է պատրաստված լինի բժշկական նշանակության բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, լինի կոռոզիակայուն, նախատեսված բազմակի օգտագործման,
--	--	--	--	--	---

					ախտահանման և բարձր ջերմաստիճանային ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) համար:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ай-Солюшн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦДЦПЗР-26/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					