

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլյատոր BeneHeart D30	Դեֆիբրիլյատոր BeneHeart D30	BeneHeart D30	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը մուլտիֆունկցիոնալ դեֆիբրիլյատոր/հիվանդի մոնիտոր Է՝ նախատեսված նախահիվանդանոցային և հիվանդանոցային կիրառման համար: 2. Սարքն ապահովում է մոնիտորինգ, ձեռքով դեֆիբրիլյացիա, AED ռեժիմ, սինխրոն կարդիովերսիա և ոչ ինվազիվ պեյսինգ 3. Սարքը համապատասխանում է IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 և IEC 60601-2-4 ստանդարտների պահանջներին:

4. Համապատասխանում է AHA և ERC ուղեցույցներին 2020-2021 թթ.)

2. Ֆիզիկական և շրջակա միջավայրի պահանջներ 1. Չափերը՝ 285 × 170 × 265 մմ (առանց արտաքին paddle-ների) 2. Քաշը՝ 4.5 կգ (մարտկոցով) 3.

Ջրապաշտպանություն՝ IPX5 4. Փոշուց պաշտպանություն՝ IP5X 5. Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C - +55°C 6. Պահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C - +75°C 7. Խոնավություն՝ 5-95 % (ոչ կոնդենսացվող) 8. Բարձրություն՝ -382 մ-ից մինչև +4575 մ 9.

Դիմակայում է՝ հարվածներին թրթռումներին թափումներին (ազատ անկում՝ 0.75 մ, 6 մակերես) 3. Էկրան 1. Տեսակ՝ գունավոր LCD, հպումային, պաշտպանված կոփված ապակով 2. Չափը՝ 8 դյույմ 3.

Լուծաչափություն՝ 1024 × 768 պիքսել 4. Ցուցադրվող ալիքներ՝ մինչև 5 ալիք 5. ԷՍԳ ալիքների դիտման ժամանակ՝ 36 վրկ 6. Սվիա արագություն՝ ԷՍԳ / SpO₂՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ RESP / CO₂՝ 3, 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 7. Ֆոնկցիաներ՝ Ալիքի սառեցում (Freeze) Screenshot

					Բարձր կոնտրաստ ռեժիմ Ավտոմատ պայծառություն Gesture control 4. Սնուցում 4.1 AC սնուցում 1. Մուտքային լարում՝ 100-240 Վ AC 2. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 3. Մուտքային հոսանք՝ 0.8-1.8 Ա 4.2 DC սնուցում (ինվերտորով) 1. Մուտքային լարում՝ 12 Վ DC 2. Ելքային լարում՝ 230 Վ AC 3. Ելքային հզորություն՝ 150 Վտ 5. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ 4500 mAh 3. Քանակ՝ 1 մարտկոց 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤ 3 ժամ մինչև 100 %՝ ≤ 4 ժամ (անջատված սարքով) 5. Լիցքի ինդիկատոր՝ LED, 5 սեգմենտ 6. Ինքնավար աշխատանք (նոր մարտկոցով)՝ Մոնիտորինգ՝ 6.5 ժամ Դեֆիբրիլյացիա՝ ≥ 220 շոկ (360 Ջ) Պեյսինգ՝ ≥ 4.5 ժամ 6. Տպիչ (Recorder) 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային 2. Ալիքների քանակ՝ մինչև 3 ալիք 3. Արագություն՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 4. Թղթի լայնություն՝ 50 մմ 5. Ավտոմատ գրանցում՝ նշված իրադարձություններ լիցքավորում շոկ ալարմ ինքնաթեստ 7. Տվյալների
--	--	--	--	--	---

պահպանում և փոխանցում 1.
 Ներքին հիշողություն՝ 4 ԳԲ 2.
 Իրադարձություններ՝ 1000 դեպք մեկ
 հիվանդի համար 3. Ալիքների
 պահպանում՝ 120 ժամ
 շարունակական ԷՍԳ 4. Տաբուլյար
 տրենդներ՝ ≥ 200 ժամ (1 ռոպե
 լուծաչափ) 5. Ձայնային գրանցում՝ 8
 ժամ 6. Տվյալների արտահանում՝
 USB կրիչով 8. Դեֆիբրիլատոր 1.
 Ալիքաձև՝ երկփուլ, truncated
 exponential, իմպեդանսի
 կոմպենսացիայով 2. Էներգիայի
 ճշգրտություն՝ ± 2 Ջ կամ ± 10 % 3.
 Միացման ժամանակ՝ ≤ 2 վրկ 4.
 Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 3 վրկ
 (200 Ջ) ≤ 7 վրկ (360 Ջ) 5. ԷՍԳ
 վերականգնում՝ ≤ 2.5 վրկ 6. Շոկի
 տրամադրում՝ պադ-Էլեկտրոդներով
 կամ paddle-ներով 7. Հիվանդի
 իմպեդանս՝ 25-300 Ω Ձեռքով ռեժիմ
 Էներգիա՝ 1-ից մինչև 360 Ջ
 (քայլերով) Սինխրոն կարդիովերսիա
 Էներգիայի փոխանցում՝ ≤ 60 մվ QRS
 պիկից AED ռեժիմ 1. Կարգավորվող
 Էներգիա՝ մեծահասակ՝ 100-360 Ջ
 մանկական՝ 10-200 Ջ 2. Շոկերի
 քանակ՝ 1-3 (կարգավորվող) 3.
 Ռիթմի անալիզ $\rightarrow$ լիցքավորում ≤ 10

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕДХД-13Р-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					վրկ (սկզբնական) 9. Ոչ ինվազիվ պեյսինգ 1. Ալիքաձև՝ մոնոֆազ քառակուսի իմպուլս 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 20 կամ 40 մվ ($\pm 5\%$) 3. Ռեժիմներ՝ Demand / Fixed 4. Հաճախականություն՝ 30-210 պուլս/րոպե 5. Ելքային հոսանք՝ 0-200 մԱ 6. 4:1 pacing ռեժիմ՝ այո 10. ECG 1. Ալիքներ՝ 3 II, 5 լիդ 2. Լիդերի ընտրություն՝ 3 լիդ՝ I, II, III 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Սրտի իսթմալություն՝ սեռահասան՝ 15-300 bpm մանկական / նեոնատալ՝ 15-350 bpm 4. Arrhythmia, ալարմներ, ST/QT մոնիտորինգ՝ այո 11. Շնչառություն (RESP) 1. Մեթոդ՝ տրանսթորակալ իմպեդանս 2. Միջակայք՝ 0-200 շնչ/րոպե 12. SpO₂ 1. Չափման միջակայք՝ 0-100 % 2. Լուծաչափություն՝ 1 % 3. Չարկերի միջակայք՝ 20-300 bpm 4. Համատեղելիություն՝ տարբեր SpO₂ տեխնոլոգիաներով 13. NIBP 1. Ռեժիմներ՝ Manual, Auto, STAT, Sequence 2. Ճնշման միջակայք՝ 0-300 mmHg 3. Ցուցադրում՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին 14. CO₂ 1. Տեսակ՝ Sidestream 2. Չափման միջակայք՝ 0-150 mmHg 3.
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		10. ECG 1. Ալիքներ՝ 3 II, 5 լիդ 2. Լիդերի ընտրություն՝ 3 լիդ՝ I, II, III 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Սրտի իսթմալություն՝ սեռահասան՝ 15-300 bpm մանկական / նեոնատալ՝ 15-350 bpm 4. Arrhythmia, ալարմներ, ST/QT մոնիտորինգ՝ այո 11. Շնչառություն (RESP) 1. Մեթոդ՝ տրանսթորակալ իմպեդանս 2. Միջակայք՝ 0-200 շնչ/րոպե 12. SpO₂ 1. Չափման միջակայք՝ 0-100 % 2. Լուծաչափություն՝ 1 % 3. Չարկերի միջակայք՝ 20-300 bpm 4. Համատեղելիություն՝ տարբեր SpO₂ տեխնոլոգիաներով 13. NIBP 1. Ռեժիմներ՝ Manual, Auto, STAT, Sequence 2. Ճնշման միջակայք՝ 0-300 mmHg 3. Ցուցադրում՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին 14. CO₂ 1. Տեսակ՝ Sidestream 2. Չափման միջակայք՝ 0-150 mmHg 3.
			марка	наименование производителя	
2					

				Շնչառական հաճախություն՝ 0-150 rpm 15. CPR feedback 1. Չափվող պարամետրեր՝ սեղմման խորություն և հաճախություն ռիկոիլ CCF, CQI 2. CPR մետրոնոմ և countdown՝ այո 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում"
--	--	--	--	--