

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր/ Մոնիտոր սMEC 120/սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր/ Մոնիտոր սMEC 15	սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր/ Մոնիտոր սMEC 120/սրտանոթային հետազոտությունների սարքեր/ Մոնիտոր սMEC 15	սMEC 120/սMEC 15	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	Մոնիտորը նախատեսված է մեծահասակ, մանկական և նեոնատալ պացիենտների կենսական պարամետրերի շարունակական հսկման համար: Եկրան և ընդհանուր բնութագրեր Գունավոր, հպումային LCD Եկրան՝ 12 դյույմ անկյունագծով: Եկրանի լուծաչափը՝ 1366 × 768 պիքսել: Եկրանին միաժամանակ ցուցադրվող ալիքաձևերի քանակը՝ 12: Հիմնական մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG, RESP, NIBP, SpO ₂ և երկու ջերմաստիճանային ալիք՝

					TEMP1/TEMP2: NIBP չափման համակարգը ունի ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն: Էլեկտրասրտագրություն (ECG) ECG մոնիտորինգը համապատասխանում է IEC 60601-2-27 ստանդարտի պահանջներին: Աջակցվող լիդերը՝ 3 և 5 լարով ECG մալուխների համար՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF և V: Ապահովվում է միացված ECG լարերի քանակի ավտոմատ ճանաչում: Սրտի հաճախության չափման միջակայքը՝ մեծահասակների համար 10-300 զարկ/րոպե, մանկական և նեոնատալ պացիենտների համար՝ 10-350 զարկ/րոպե: Սրտի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ± 1 զարկ/րոպե կամ չափված արժեքի $\pm 1\%$, ըստ ավելի մեծ արժեքի: Լուծաչափությունը՝ 1 զարկ/րոպե: Առիթմիայի անալիզ՝ 20 տեսակի առիթմիայի ճանաչմամբ: ST սեգմենտի անալիզի միջակայքը՝ -2.5 -ից $+2.5$ mV: ST սեգմենտի լուծաչափությունը՝ 0.01 mV: QT/QTc անալիզ՝ QT, QTc և ΔQTc
--	--	--	--	--	--

ցուցանիշներով: QT/QTc չափման
 միջակայքը՝ առնվազն 200–800 ms:
 Դեֆիբրիլյացիայից
 պաշտպանություն՝ 5000 V/360 J:
 Շնչառություն (RESP) Չափման
 մեթոդը՝ կրծքավանդակի
 իմպեդանսային մեթոդ՝ ECG
 էլեկտրոդների միջոցով: Աջակցվող
 լիդերը՝ I, II և ավտոմատ
 ընտրություն: Շնչառական
 հաճախության չափման միջակայքը՝
 առնվազն 0–200 շնչ/րոպե:
 Ճշգրտությունը՝ ± 1 շնչ/րոպե՝ 0–120
 շնչ/րոպե միջակայքում և ± 2
 շնչ/րոպե՝ 121–200 շնչ/րոպե
 միջակայքում: Լուծաչափությունը՝ 1
 շնչ/րոպե: Ապնոեի ժամանակային
 շեմերը՝ 10, 15, 20, 25, 30, 35 և 40
 վայրկյան: Չարկային օքսիմետրիա
 (SpO_2) SpO_2 մոնիտորինգը
 համապատասխանում է ISO
 80601-2-61 ստանդարտի
 պահանջներին: SpO_2 չափման
 միջակայքը՝ 0–100%:
 Լուծաչափությունը՝ 1%: Չափման
 ճշգրտությունը 70–100%
 միջակայքում՝ մեծահասակների և
 մանկական պացիենտների համար՝
 $\pm 2\%$, նեոնատալ պացիենտների

				համար՝ $\pm 3\%$: Չարկի հաճախության չափման միջակայքը՝ 20-300 զարկ/րոպե: Չարկի հաճախության չափման ճշգրտությունը՝ ± 3 զարկ/րոպե: Պերֆուզիոն ինդեքսի՝ PI-ի, ցուցադրում: Պուլսին համաժամեցված ձայնային տոնի հնարավորություն: Ձերմաստիճանի չափումը համապատասխանում է ISO 80601-2-56 ստանդարտի պահանջներին: Չափման ալիքների քանակը՝ 2: Չափման միջակայքը՝ $0-50^{\circ}\text{C}$: Չափման ճշգրտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$՝ առանց տվիչի սխալանքի: Լուծաչափությունը՝ 0.1°C: Ոչ ինվազիվ արյան ճնշում (NIBP) Չափման մեթոդը՝ օսցիլոմետրիկ NIBP չափման համակարգը համապատասխանում է IEC 80601-2-30 ստանդարտի պահանջներին: Աշխատանքային ռեժիմները՝ ձեռքով, ավտոմատ, STAT և հերթականացված: Չափվում են սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին զարկերակային ճնշումները: Սիստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ 25-290 mmHg, մանկական՝ 25-240 mmHg, նեոնատալ՝ 25-140 mmHg:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕЦДН-12Р-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Դիաստոլիկ ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ 10-250 mmHg, մանկական՝ 10-220 mmHg, նեոնատալ՝ 10-115 mmHg: Միջին ճնշման չափման միջակայքը՝ մեծահասակ՝ 15-260 mmHg, մանկական՝ 15-225 mmHg, նեոնատալ՝ 15-125 mmHg: Չափման արավելադուլի միջին սխալը՝ ± 5 mmHg: Ստանդարտ շեղումը՝ 8 mmHg: Լուծաչափությունը՝ 1 mmHg: Տվյալների պահպանում և տեխնիկական հատկությունները պետք է թերահայեցիկ տվյալների պահպանում՝ 120 ժամ, իրադարձությունների և տազնապների գրանցում՝ 1000 դեպք, NIBP չափումների պահպանում՝ 1600 չափում, առիթմիայի իրադարձությունների պահպանում և վերանայում Full Disclosure ECG-ի պահպանում՝ 120 ժամ՝ առնվազն մեկ ալիքով: Եթե սարքի լրակազմում տրամադրվում է համապատասխան արտաքին հիշողության քարտ, իրադարձությունների և NIBP չափումների պահպանման ծավալը առնվազն 5000 գրառում է: Կապ և
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					

					ինտերֆեյսներ Մոնիտորն ունի՝ մեկ Ethernet RJ45 ցանցային միացում, երկու USB պորտ, VGA արտաքին տեսաելք, բուժքրոջ կանչի, անալոգային ելքի և դեֆիբրիլյատորի համաժամեցման ինտերֆեյս: լարային ցանցով կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգին միանալու հնարավորություն: Անլար կապ առաջարկվում է՝ IEEE 802.11 a/b/g/n ստանդարտների աջակցությամբ և WPA2 մակարդակի տվյալների պաշտպանությամբ: Կենտրոնական համակարգի հետ ինտեգրում Մոնիտորը լիարժեք համատեղելի է Mindray BeneVision Central Monitoring System կենտրոնական մոնիթորինգային համակարգի հետ՝ ապահովելով պացիենտի տվյալների, իրական ժամանակի թվային ցուցանիշների, ալիքաձևերի, թրենդների և տազևապային հաղորդագրությունների փոխանցումն ու կենտրոնացված ցուցադրումը: H-046-024584-00 BeneHeart D30 D... Համատեղելիությունը հաստատվում
--	--	--	--	--	--

				Է արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթով կամ հաստատման նամակով: Ինտեգրման համար անհրաժեշտ բոլոր ծրագրային լիցենզիաները, կարգավորումները և աշխատանքները ներառված են առաջարկի արժեքում: Սնուցում և մարտկոց Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Hz: Մարտկոցը՝ ներկառուցված, վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային, առնվազն 2600 mAh տարողությամբ: Մեկ ամբողջական լիցքավորումից հետո ինքնավար աշխատանքի տևողությունը՝ 4.5 ժամ: Լրակազմ և երաշխիք Լրակազմում ներառված են սարքի լիարժեք օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ մեծահասակների ECG մալուխը և էլեկտրոդների միացման լարերը, SpO₂ տվիչը, NIBP խողովակը և համապատասխան մանժետը, երկու ջերմաստիճանային տվիչները, սնուցման մալուխը և կենտրոնական համակարգին միացման համար անհրաժեշտ բաղադրիչները: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 24 ամիս:
--	--	--	--	--