

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՌԹԻ Մեդիքլ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	RTMedical	RTMedical	RTMedical	RTMedical	Բժշկական պահարան՝ ապակեպատ դռներով Պահարանը նախատեսված է բժշկական հաստատությունում բժշկական պարագաների, նյութերի, գործիքների և այլ թույլատրելի բժշկական նշանակության իրերի պահպանման համար: Պահարանի կորպուսը պետք է պատրաստված լինի մետաղական թիթեղից կամ համարժեք ամուր նյութից, որը պիտանի է բժշկական միջավայրում օգտագործման համար: Մակերեսը պետք է լինի հարթ, չկլանող, հեշտ մաքրվող և ախտահանվող: Մետաղական մակերեսները պետք է

					ունենան կոռոզիայից պաշտպանող փոշեներկային կամ համարժեք պաշտպանիչ ծածկույթ: Պահարանի դուռը/դռները պետք է լինեն ապակեպատ և ապահովեն պահվող պարագաների տեսանելիությունը: Ապակին պետք է լինի ամուր և շահագործման համար անվտանգ, առանց ճաքերի, կտրվածքների կամ այլ տեսանելի թերությունների: Դուռը պետք է ունենա փակման և կողպման հնարավորություն՝ բանալիով կամ համարժեք մեխանիզմով: Պահարանը պետք է ունենա առնվազն 4 դարակ: Դարակները պետք է լինեն ամուր և նախատեսված բժշկական պարագաների պահպանման համար: Դարակների դիրքը պետք է հնարավոր լինի կարգավորել կամ վերադասավորել՝ ըստ պահվող իրերի չափերի: Յուրաքանչյուր դարակի թույլատրելի հավասարաչափ բաշխված ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի առնվազն 20 կգ: Պահարանի արտաքին մոտավոր չափերը՝ բարձրություն՝ 1800-2000 մմ, լայնություն՝ 600-800 մմ, խորություն՝
--	--	--	--	--	---

				350-500 մմ: Թույլատրելի չափային շեղումը կարող է ընդունվել, եթե այն չի խոչընդոտում պահարանի նախատեսված օգտագործմանը և տեղադրմանը: Պահարանի կառուցվածքը պետք է լինի կայուն և շահագործման ընթացքում չպետք է առաջացնի շրջվելու կամ դեֆորմացվելու վտանգ՝ նախատեսված օգտագործման պայմաններում: Կառուցվածքի եզրերը պետք է լինեն հարթ և չպետք է ունենան սուր կամ վնասվածք առաջացնող հատվածներ: Պահարանը պետք է ունենա կայուն հենարաններ/ոտքեր: Գույնը՝ սպիտակ կամ բժշկական հաստատության համար ընդունելի այլ բաց գույն: Պահարանի ներքին և արտաքին մակերեսները պետք է հնարավոր լինի մաքրել և ախտահանել բժշկական հաստատությունում կիրառվող համապատասխան միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՌԹԻ Սեդիքըլ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳԼՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					