

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՇԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Հոլտեր մոնիտորինգի սարք	Հոլտեր մոնիտորինգի սարք	Համակարգը բաղկացած է՝ Թվային գրանցիչ - 1 հատ Ծրագրային ապահովում - 1 հատ Գրանցիչ՝ ԷՍԳ ազդանշանի գրանցում, ոչ պակաս, քան՝ 3-ուղի Պետք է լինի թեթև, կոմպակտ դիզայնով՝ հիվանդի հարմարավետության համար Գոլենավոր Էկրանի առկայություն Բարձրորակ ԷՍԳ վերլուծության համար հարմար նմուշառման հաճախականություն Ներքին հիշողություն՝ USB / SD տվյալների փոխանցմամբ Պետք է աշխատի ստանդարտ մարտկոցներով IEC համապատասխան, բժշկական կարգի սարք Նախատեսված է ամբուլատոր ԷՍԳ մոնիթորինգի և առիթմիայի հայտնաբերման համար A/D լուծաչափ (resolution)՝ 24 բիթ՝ ազդանշանի ընդունման ժամանակ, և 12 բիթ՝ կրիչի վրա (media) գրանցման ժամանակ: Աշխատանքային ժամանակը ոչ պակաս, քան՝ 48 ժամ Լարի անջատման հայտնաբերում Սրտի խթանիչի (Պեյսմեյկերի) պոլսի հայտնաբերում՝ 0.1-ից մինչև 2 մվ՝ 2 ից մինչև 700 մվ լարման դեպքում Ազդանշանի դինամիկ տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ ± 5 մՎ Մուտքային առավելագույն հոսանք DC՝ ± 800 մՎ Լուծաչափ (resolution) ոչ պակաս, քան՝ 12 բիթ (2.44 μV / LSB) ԷՍԳ

		նմուշառման հաճախականությունն ոչ պակաս, քան՝ 250 Մուտքային իմպեդանս ոչ պակաս, քան՝ 10 ՄՕՄ CMMR՝ ոչ պակաս, քան 90 դԲ Հաճախականության միջակայք (-3դԲ) ոչ պակաս, քան՝ 0.05 – 65 Հց Հիշողություն ոչ պակաս, քան՝ 512 ՄԲ Մարտկոց՝ 1 x AA չափի ալկալային կամ NIMH Քաշը առանց մարտկոցի ոչ ավել, քան՝ 110 գրամ Անվտանգության ստանդարտներ՝ IEC 60601-1; IEC 60601-2-47; IEC 60601-1-11 Ծրագրային ապահովում՝ Չգայունություն ոչ պակաս, քան՝ 5, 10, 20, 40 մմ / մՎ Հորիզոնական սանդղակ/ մասշտաբ՝ 12.5, 25, 50, 100 մմ / վրկ Ցածր հաճախականության գտիչի առկայություն Հիմնական գծի գտիչի առկայություն Ցանցի աղմուկի գտիչ՝ 50 / 60 Հց Հոլտեր ԷՍԳ վերլուծության ծրագիր • ԷՍԳ-ի ամբողջական 24/48-ժամյա վերլուծություն • Առիթմիայի ավտոմատ և մանուալ հայտնաբերում • Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի (Atrial Fibrillation) հայտնաբերում • ST-սեգմենտի շեղման վերլուծություն • Սրտի հաճախության փոփոխականության (HRV) վերլուծություն • QT և QT փոփոխական թյան վերլուծություն • Պեյսմեյկերի հայտնաբերում • ԷՍԳ տեղեկատվության լիարժեք դիտարկում • Համապարփակ հաշվետվությունների և արտահանման տարբերակներ Որակի վկայականների առկայություն՝ CE կամ համարժեք, ISO 13485 կամ համարժեք Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2025 թվականի կամ հետո արտադրված: Երաշխիք ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQ7QF-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
29			