ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	-	-	Ուղղահայաց (պահարանային) տիպի: Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն -30C-ից մինչև -40C (կամ ավելի ցածր), Ջերմաստիճանը ֆիքսելու հնարավորությամբ: Տարողությունը՝ նվազագույնը 500 լիտր: Լայնության արտաքին չափը՝ ոչ ավել, քան 80սմ Ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարում՝ թվային էկրանով, առնվազն 0.1C ճշգրտությամբ: Ջերմային տատանումը աշխատանքային ծավալում՝ առավելագույնը ±2C: Դուռը՝ խուլ (ջերմամեկուսիչ) արտաքին դուռ՝ ներկառուցված փականով: Սարքավորումը պետք է հագեցած լինի ճնշման հավասարեցման փականով (Vacuum release port)՝ դուռը փակելուց անմիջապես հետո այն նորից հեշտությամբ բացելու համար: Ջերմության կորուստը կանխելու համար ներսից պետք է ունենա լրացուցիչ մեկուսիչ ներքին դռներ կամ կափարիչներ (առնվազն 4-5 հատվածների համար): Դարակաշարեր/գզրոցներ՝ առնվազն 5 հատ: Ներքին հարդարանքը՝ հակաբակտերիալ/հակակորոզիոն պատվածքով, չժանգոտվող պողպատ (առնվազն AISI 304 մակնիշի): Էկոլոգիապես մաքուր պոլիուրեթանային կամ

			վակուումային մեկուսացում (CFC-free): Հովացումը՝ ուղղակի (Direct cooling) կամ հարկադիր օդափոխության համակարգ՝ արագ սառեցման ֆունկցիայով: Սառնագենտը՝ էկոլոգիապես մաքուր (R290 կամ համարժեք): Ներկառուցված թվային տվյալների գրանցիչ (Data Logger)՝ USB միջերեսով տվյալների արտահանման հնարավորությամբ: Ունի հեռակա ահազանգման կոնտակտներ (Remote alarm contacts/dry contacts)՝ կենտրոնացված մոնիտորինգի համակարգին միանալու համար: Ազդարարման համակարգ (ձայնային և տեսողական)՝ ջերմաստիճանի կրիտիկական շեղման, հոսանքազրկման, դուռը բաց մնալու, սենսորների խափանման կամ մարտկոցի նստելու դեպքում: Ներկառուցված պահուստային մարտկոց (UPS)՝ հոսանքազրկման դեպքում ազդանշանային համակարգի, էկրանի և թվային գրանցիչի աշխատանքը առնվազն 24 ժամ ապահովելու համար: Սնուցումը՝ 220-240Վ, 50Հց: Կլիմայական դասը՝ SN/N/ST/T (աշխատանք մինչև +32C արտաքին միջավայրում): Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 55 դԲ: Համապատասխանության միջազգային սերտիֆիկատների առկայություն (ISO 13485 կամ CE): Երաշխիքը՝ առնվազն 12 ամիս՝ տեղադրման և գործարկման պահից: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2025 թվականի կամ հետո արտադրված։"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
27	-	-	Ուղղահայաց (պահարանային) տիպի: Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն -30C-ից մինչև -40C (կամ ավելի ցածր), Ջերմաստիճանը ֆիքսելու հնարավորությամբ: Տարողությունը՝ նվազագույնը 500 լիտր: Լայնության արտաքին չափը՝ ոչ ավել, քան 80սմ Ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարում՝ թվային էկրանով, առնվազն 0.1C ճշգրտությամբ: Ջերմային տատանումը աշխատանքային ծավալում՝ առավելագույնը ±2C: Դուռը՝ խուլ (ջերմամեկուսիչ) արտաքին դուռ՝ ներկառուցված փականով: Սարքավորումը պետք է հագեցած լինի ճնշման հավասարեցման փականով (Vacuum release port)՝ դուռը փակելուց անմիջապես հետո այն նորից հեշտությամբ բացելու համար: Ջերմության կորուստը կանխելու համար ներսից պետք է ունենա լրացուցիչ մեկուսիչ ներքին դռներ կամ կափարիչներ (առնվազն 4-5 հատվածների համար): Դարակաշարեր/գզրոցներ՝ առնվազն 5 հատ: Ներքին հարդարանքը՝ հակաբակտերիալ/հակակորոզիոն պատվածքով, չժանգոտվող պողպատ (առնվազն AISI 304 մակնիշի): Էկոլոգիապես մաքուր պոլիուրեթանային կամ

			վակուումային մեկուսացում (CFC-free): Հովացումը՝ ուղղակի (Direct cooling) կամ հարկադիր օդափոխության համակարգ՝ արագ սառեցման ֆունկցիայով: Սառնագենտը՝ էկոլոգիապես մաքուր (R290 կամ համարժեք): Ներկառուցված թվային տվյալների գրանցիչ (Data Logger)՝ USB միջերեսով տվյալների արտահանման հնարավորությամբ: Ունի հեռակա ահազանգման կոնտակտներ (Remote alarm contacts/dry contacts)՝ կենտրոնացված մոնիտորինգի համակարգին միանալու համար: Ազդարարման համակարգ (ձայնային և տեսողական)՝ ջերմաստիճանի կրիտիկական շեղման, հոսանքազրկման, դուռը բաց մնալու, սենսորների խափանման կամ մարտկոցի նստելու դեպքում: Ներկառուցված պահուստային մարտկոց (UPS)՝ հոսանքազրկման դեպքում ազդանշանային համակարգի, էկրանի և թվային գրանցիչի աշխատանքը առնվազն 24 ժամ ապահովելու համար: Սնուցումը՝ 220-240Վ, 50Հց: Կլիմայական դասը՝ SN/N/ST/T (աշխատանք մինչև +32C արտաքին միջավայրում): Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 55 դԲ: Համապատասխանության միջազգային սերտիֆիկատների առկայություն (ISO 13485 կամ CE): Երաշխիքը՝ առնվազն 12 ամիս՝ տեղադրման և գործարկման պահից: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ, 2025 թվականի կամ հետո արտադրված։"