

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բի Բրաուն	Հեմոդիալիզի սարքավորում DIALOG INCL.	Բի Բրաուն	Բի Բրաուն	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - ± 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10% : Ահագանգի սահմանները-»0,35մ/ր, արյունHC T 25% (AAMI) : Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո ազդանշանի պաակտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ճավալը

ղեկավարվում է բալանսավորման
 խցիկի կողմից ուղտրաֆիլտրացիոն
 պոմպի միջոցով: 2.Միային
 ուղտրաֆիլտրացիա(Bergstrom):
 Աշխատանքային սահմանները -
 $0-3,000 \text{ մլ/ժ}$ Ճշտությունը- $\pm$
 $0,2 \text{ մլ/խցիկի ցիկլ}$: Պաշտպանական
 համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ
 ավելի կամ առաջադրված
 հաճախ.-ից 10% -ով գերազանցելու
 դեպքում: Ձայնային ազդանշանի
 ապաակտիվացում- Այո,
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով: Ջերմաստիճանի
 կարգավորման տիրույթները- $33-40$
 $^{\circ}\text{C}$: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
 թույլատրելի շեղումները- $+ 0,5$
 $^{\circ}\text{C}$ ից- $1,5^{\circ}\text{C}$: Սահմանները- $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 (առաջադրված արժեքի
 նկատմամբ): Մաքսիմալ
 ջերմաստ.պաշտպանություն- 41°C :
 Պաշտպանական համակարգ-
 Ջերմաստիճանային տվիչ Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով: Հաղորդականություն-
 Ղեկավարվող Հաղորդականություն:
 Աշխատանքային սահմանները-
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,

4-7մՍ/սմ : Ընդհիսանուր
 Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի
 շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ Չափումը-
 Ջերմաստիճանից կախված
 (հիմնականում 25 °C) :
 Պաշտպանական համակարգ-
 Հետևվում է երկրորդ
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից,
 այլ ալգորիթմի միջոցով
 Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված
 արժեքի նկատմամբ): Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում-
 Այո, ազդանշանի
 ապաակտիվացման կոճակով:
 Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր
 DF Թույլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$,
 300-800մլ/ր դեպքում :
 Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP)
 Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700
 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ
 սահմանները- 100մմ սնս.ս.
 Սահմանների պատուհան-
 կարգավորելի(2%-99%):
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում
 է PDA և PV միջոցով: Ապարատի
 դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի
 ստեղծած բացասական ճնշման
 միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-
 ± 50 մմ սնդ.ս Արյան Պոմպ-2

լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
կանգնման համակարգով. 1. Երբ
դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.
8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե
խողովակի համար: Պոմպի
հաճախությունը -
50-600մլ/ր(8/12մմ)
50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի
է10մլ քայլով: Աշխատանքային
ճնշման սահմանները - Մտնող
ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող
ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս Հեպարինի
պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ
ներարկիչների համար: Պոմպի
հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ
0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս:
600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- «
±10% Ճնշման սահմանները- 0 to
+480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD-
SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա
Չգայնությունը – Օդի փուչիկներ
սկսած »50μլ, Սահմանները
Երկասեղանիռեծիմի համար: 0.2մլ
սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ
սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ
սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք
Սահմանները մեկասեղանի ռեծիմի
համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր
հաստատուն SAD Հոսք

					Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա- խողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի լող, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2026 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար տեխնիկական բոլոր պարագաները, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPC-EU չՆԱԳ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					
					Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: